

CERTIFICADO

DE CALIBRACIÓN

Certificado N°: NR-POC-86-07-01-33

Total Páginas: 1

Fecha cal.: 25/09/2017

Documento: POC-07-01

Revisión N°: 1

Cliente: OIL ADDPER SERVICE S.R.L.

Dirección: Conquistadores del Desierto 2450 - PIN Oeste - Neuquén

INSTRUMENTO A CALIBRAR:

Instrumento:	VALVULA DE SEGURIDAD	Tamaño:	3/4NPT x 1"NPT
Marca:	AERRE	Set:	10
Modelo:	14498	Unidad:	Kg/cm2
Serie N°	484Y0	Ubicación:	No informa
TAG:	PSV 001 - A	Orificio:	No informa

METODO EMPLEADO: Calibración por comparación directa mediante patrón de laboratorio.

INSTRUMENTO PATRÓN

Instrumento:	Manómetro	Rango:	0-20kg/cm2
Marca:	WIKA	Clase:	0,5
TAG:	LZ-038	Certificado:	R-POC-00-02-01-91
Serie N°	1107021489	Ente emisor:	LAZOS SRL

CONDICIONES GENERALES

PARTES	ESTADO GENERAL DE LA VALVULA		
	Bueno	reemplazado	Reparado
Cuerpo	X		
Asiento	X		
Obturador	X		
Buje guía	X		
Resorte	X		

VALORES DE LA CALIBRACIÓN

DETALLE	VALOR MEDIDO	VALOR CORREGIDO
Presión de Timbre:	-	10 kg/cm2
Presión de Apertura Total:		
Presión de re-cierre:		9,2 kg/cm2
Hermeticidad:	-	
Precinto N°		2327868

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la previa autorización por escrito del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos. El laboratorio no se obliga a tomar a su cargo ensayos, análisis o pruebas que excedan la capacidad o posibilidad técnica de sus laboratorios. Los equipos o instrumentos entregados para su verificación, prueba o contraste deberán estar en buenas condiciones de funcionamiento. Si iniciada la prueba apareciera una falla o defecto inadvertido al recibir el aparato, se dará por terminado el trabajo. En el informe respectivo se dejará constancia del hecho y se facturará un arancel proporcional a la tarea realizada.

Calibró

Raúl Rojas
Instrumentista
Lazos S.R.L.

Supervisó

MARCELO CIFUENTES
RESP. DE TALLER
LAZOS S.R.L.