



CERTIFICADO DE CALIBRACION N° JPM - 31235

Instrumento/Equipo: MANOMETRO

Cliente: OAS

Fabricante: NUOVA FIMA

Ubicación: H-20

Modelo: ANALOGICO

Procedimiento N°: SV 007

Diametro: Ø 4"

Fecha de
Calibración: 06/04/2018

N° Serie: 235

N° Tag: -

Rango: 0 A 1.500 PSI

Conexión: Ø 1/2"

Patrón Utilizado: WIKA CPG 1.000

Certificado Patrón: CERT N° 160826-2299

Las mediciones involucradas en el presente Certificado proveen trazabilidad a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente a patrones reconocidos, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI). Los certificados de calibración que documentan la trazabilidad de las mediciones realizadas, se hallan disponibles a pedido del/los interesado/s.

El cliente está obligado a recalibrar el material a intervalos apropiados.

El instrumento/sistema de medición calibrado presenta desvíos inferiores a los correspondientes para la clase indicada

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración sin firma y sello no serán válidos. Los resultados contenidos en el presente Certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizan las mediciones. El laboratorio de Calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los materiales calibrados o por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este Certificado.

..... Cliente	 Luciana Meier Resp. Laboratorio	 Jorge Meier Resp. JPM. Services
------------------	---	---

TINOGASTA 4737 (8300) NEUQUEN - TEL (299) 156-330-200

E-MAIL: jorge.meier@hotmail.com

**CONTROL DE REPARACION y
CALIBRACION
de MANÓMETRO / TERMOMETRO**

Ingreso 05/04/2018 N° 4003
Salida 06/04/2018 Recepción N° 3968

Cliente	OAS	Marca	NUOVA FIMA	Rango	0 A 1.500 PSI
Ubicación	H-20	Modelo	ANALOGICO	Cuadrante Ø	4 "
Tag N°	-	N° Serie	235	CX	CI 1/2" NPT
Certif N°	JPM - 31235	Procedimiento:	SV 007		

Actividad	Carcasa	Dial	Mecanismo	Bourdon	Vidrio	Aro sello	Aguja	Amortiguador	Switch eléctrico	Manguera	Sensor	Finalización	Realizó	Fecha	Observación
Desarme															
Limpieza												X	JPM. Serv.	06/04/2018	
1ª Inspección												X	JPM. Serv.	06/04/2018	
Reparación															
Cambio															
Pintura															
Calibración												X	JPM. Serv.	06/04/2018	
Carga fluido															
Identificación												X	JPM. Serv.	06/04/2018	
Inspección Final												X	JPM. Serv.	06/04/2018	
Embalaje															
Otras															

REFERENCIA PSI (Patrón)	VALOR INICIAL (Instrumento PSI)		VALOR FINAL (Instrumento PSI)	
	Ascendente	Descendente	Negra -Ascendente- Roja	Descendente
0 PSI	0 PSI			1.500 PSI
300 PSI	300 PSI			1.200 PSI
600 PSI	600 PSI			900 PSI
900 PSI	900 PSI			600 PSI
1.200 PSI	1.200 PSI			300 PSI
1.500 PSI	1.500 PSI			0 PSI

Patrón Utilizado: WIKA CPG 1.000 CERT N° 160826-2299	Observación General APTO PARA FUNCIONAR	Aprobado  JORGE MEIER
---	---	--



SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN
LABORATORIO N° 37



CERTIFICADO DE CALIBRACION/MEDICION N° :

160826-2299

N° total de páginas del certificado: 3

Laboratorio de calibración/medición supervisado por el INTI

WIKA Argentina S.A.



Gral. Lavalle 3568 - (B1603AUH) - Villa Martelli - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54 - 11) 4730 - 1800 - Fax: (54 - 11) 4761 - 0050 - E-mail: info@wika.com.ar
Página de web: www.wika.com.ar

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de calibración/medición.

Este certificado de calibración/medición documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

Objeto: Manómetro digital

Fabricante: WIKA

Modelo: CPG1000

N° de serie: 3063064

N° de TAG: N-A

Determinaciones requeridas : Calibración.


Procedimiento de Calibración: 114

Fecha de calibración: 25/08/2016

Fecha de emisión: 29/08/2016

Cliente: L.C.D S.R.L.
Alicura 868, Lote 3-mza
A3-Plottier. Prov. de
Neuquén. Argentina


S. Clifton Goldney
Responsable de la Calibración


E. Carrasco
Director técnico del Laboratorio