



CERTIFICADO DE CALIBRACION N° JPM - 31236

Instrumento/Equipo:	VALVULA DE SEGURIDAD	Cliente:	OAS
Fabricante:	TAYLOR	Tipo:	ROSCADA
Modelo:	SS 0661	Ubicación:	II-20
Conexión Entrada:	Ø 1" NPT	Fecha de Calibración:	06/04/2018
Conexión Salida:	Ø 1" NPT		
N° Serie:	36		
Tag N°:	N/A		
Presión Timbre:	56 KG/CM2		
Procedimiento:	SV - 007		
Patrón Utilizado:	WIKA CPG 1.000		
Certificado Patrón:	N°160826-2299		

Las mediciones involucradas en el presente Certificado proveen trazabilidad a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente a patrones reconocidos, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI). Los certificados de calibración que documentan la trazabilidad de las mediciones realizadas, se hallan disponibles a pedido del/los interesado/s.

El cliente está obligado a recalibrar el material a intervalos apropiados.

El instrumento/sistema de medición calibrado presenta desvíos inferiores a los correspondientes para la clase indicada

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración sin firma y sello no serán válidos. Los resultados contenidos en el presente Certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizan las mediciones. El laboratorio de Calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los materiales calibrados o por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este Certificado.

..... Cliente	 Meier Luciana..... Resp. Laboratorio	 Meier Jorge..... Resp. JPM Services
------------------	---	--

TINOGASTA 4737 (8300) NEUQUEN - TEL (299) 156-330-200

E-MAIL: jorge.meier@hotmail.com



CONTROL DE REPARACION VALVULA DE SEGURIDAD										Ingreso	05/04/2018	Nº	6122
										Salida	06/04/2018	Nº Recepción:	3968
Cliente	OAS					Marca	TAYLOR		Tipo	ROSCADA			
Ubicación	H-20					Modelo	SS 0661		Ø orificio				
Tag N°	N/C					Nº Serie	36		Ø y #	1" x 1" NPT			
					Procedimiento		SV 007						
Finalización													
Capuchón													
Contratuera fijación													
Tornillo ajuste													
Tuerca													
Espárragos													
Vástago													
Arandela resorte													
Resorte													
Guía vástago													
Retén disco													
Bollita													
Tornillo fijación													
Anillo regulación													
Disco obturador													
Tobera													
Asiento													
Bonete													
Cuerpo													
Actividad	Realizó					Fecha		Observación					
Desarme	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	06/04/2018	
Limpieza	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	06/04/2018	
1ª Inspección	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	06/04/2018	
Reparación													
Rectificación		X						X	X	X	X	06/04/2018	
Cambio													
Calibración								X	X	X	X	06/04/2018	
Arenado													
Pintura													
Identificación								X	X	X	X	06/04/2018	
Inspección Final								X	X	X	X	06/04/2018	
Otras													
Observación General													
APTO PARA FUNCIONAR													
Aprobado por:													
Certificado Calibración N°	JPM - 31236			Patrón		WIKA CPG 1.000							
PRESION	FUGA			FINAL		56 KG/CM2							
Embalaje para Transporte													



INTI

SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN

LABORATORIO N° 37



CERTIFICADO DE CALIBRACION/MEDICION N° :

160826-2299

N° total de páginas del certificado: 3

Laboratorio de calibración/medición supervisado por el INTI

WIKA Argentina S.A.



Gral. Lavalle 3568 - (B1603AUH) - Villa Martelli - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54 - 11) 4730 - 1800 - Fax: (54 - 11) 4761 - 0050 - E-mail: info@wika.com.ar
Página de web: www.wika.com.ar

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de calibración/medición.

Este certificado de calibración/medición documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

Objeto: Manómetro digital

Fabricante: WIKA

Modelo: CPG1000

N° de serie: 3063064

N° de TAG: N-A

Determinaciones requeridas : Calibración.

Procedimiento de Calibración: 114

Fecha de calibración: 25/08/2016

Fecha de emisión: 29/08/2016

Cliente: L.C.D S.R.L.
Alicura 868, Lote 3-mza
A3-Plottier. Prov. de
Neuquén. Argentina


S. Clifton Goldney
Responsable de la Calibración


E. Carrasco
Director técnico del Laboratorio

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado