



7201

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 17N4372

Fecha de Calibración: 20/12/2017 - Calibrado en : Neuquén - Calibrado por : Dario Covello

INFORMACION DEL INSTRUMENTO:

Tipo de Instrumento: Anemometro
Marca: PROVA
Modelo: AVM-01
Nro. Serie: 11510014

INFORMACION DEL SOLICITANTE:

Razón Social: Oil Addper Service S.R.L. - Código: 541
Domicilio: Ministro Gonzalez 175 - Neuquén - Neuquén
Nro. Interno: 9428

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES:

Temperatura (°C): 24.0000
Humedad (%): 34.0000
Presión Atmosférica (mm/Hg): 753.0000

Observaciones:

Tipo de Instrumento: Anemometro
Marca: PROVA
Modelo: AVM-01
Nro. Serie: 11510014

INFORMACION DEL SOLICITANTE:

Razón Social: Oil Addper Service S.R.L. - Código: 541
Domicilio: Ministro Gonzalez 175 - Neuquén - Neuquén
Nro. Interno: 9428

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES:

Temperatura (°C): 24.0000
Humedad (%): 34.0000
Presión Atmosférica (mm/Hg): 753.0000

Observaciones:

Ing. PABLO DOLBER
MAT. 1007557

1

En Buenos Aires: (11) 4551-9120 / 11-52491211 / Nextel 631*5601 - Palpa 2867 PB "A" (1426) CABA
En Neuquén: (299) 442-6581 / 156-357306 / 154-222020 - Soldado Desconocido 626 (8300) Neuquén
En Rosario: (0341) 527-4114 - San Luis 1665 Piso 5 Of 8 (2000) Rosario - Pcia. Santa Fe
E-Mail: info@baldorsrl.com.ar - Web: www.baldorsrl.com.ar



CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 17N4372

Fecha de Calibración: 20/12/2017 - Calibrado en : Neuquén - Calibrado por : Dario Covello

METODOLOGIA EMPLEADA:

Comparación con patrones, de acuerdo a procedimiento interno de calibración: descrito en la tabla de resultados.

Parámetro	Valor de Ref.	Valor Medido	Valor Ajustado	Corrección	Val. 1	Val. 2	Val. 3
Velocidad de viento (m/s)	3,0000	2,9000	2,9000	0,0000	2,9000	2,9000	2,9000
Velocidad de viento (m/s)	6,2000	6,1000	6,1000	0,0000	6,1000	6,1000	6,1000
Velocidad de viento (m/s)	8,9000	8,8000	8,8000	0,0000	8,8000	8,8000	8,8000

RESULTADO:

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. En los valores calibrados, el instrumento cumple con las especificaciones de exactitud declaradas por el fabricante en el manual de instrucciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

Parámetro	Valor de Ref.	Proc. de Calibr.	Incert. Típica	Incert. K=2	Unidad de Medición
Velocidad de viento (m/s)	3,00	Calibración de anemómetro ICV01P	0,1478	0,2957	m/s
Velocidad de viento (m/s)	6,20	Calibración de anemómetro ICV01P	0,1478	0,2957	m/s
Velocidad de viento (m/s)	8,90	Calibración de anemómetro ICV01P	0,1478	0,2957	m/s

INCERTIDUMBRE:

Para el cálculo de la incertidumbre de medición se utilizó un factor de cobertura K=2, que corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95% considerando distribución normal. Se incluyen los aportes del método y el comportamiento del instrumento en el momento de la calibración. No contiene términos que evalúen el comportamiento a largo plazo del mismo.

PATRONES UTILIZADOS:

Ing. PABLO DOLBER
MAT. 1007957

En Buenos Aires: (11) 4551-9120 / 11-52491211 / Nextel 631*5601 - Palpa 2867 PB "A" (1426) CABA

En Neuquén: (299) 442-6581 / 156-357306 / 154-222020 - Soldado Desconocido 626 (8300) Neuquén

En Rosario: (0341) 527-4114 - San Luis 1665 Piso 5 Of 8 (2000) Rosario - Pcia. Santa Fe

E-Mail: info@baldorsrl.com.ar - Web: www.baldorsrl.com.ar