



H-12

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° JPM - 31284

Instrumento/Equipo: TERMOMETRO

Cliente: OAS

Fabricante: CENI

Ubicación: H-17

Modelo: ANALOGICO

Procedimiento N°: SV 007

Diametro: Ø 4"

Fecha de Calibración: 18/07/2018

N° Serie: 7751

N° Tag: -

Rango: 0 A 250°C

Conexión: Ø 1/2"

Patrón Utilizado: AMETEK ETC-400 A 12

Certificado Patrón: N° 1694

Las mediciones involucradas en el presente Certificado proveen trazabilidad a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente a patrones reconocidos, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI). Los certificados de calibración que documentan la trazabilidad de las mediciones realizadas, se hallan disponibles a pedido del/los interesado/s.

El cliente está obligado a recalibrar el material a intervalos apropiados.

El instrumento/sistema de medición calibrado presenta desvíos inferiores a los correspondientes para la clase indicada

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración sin firma y sello no serán válidos. Los resultados contenidos en el presente Certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizan las mediciones. El laboratorio de Calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los materiales calibrados o por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este Certificado.

..... Cliente	 Luciana Meier Resp. Laboratorio	 Jorge Meier Resp. JPM. Services
------------------	--	--

TINOGASTA 4737 (8300) NEUQUEN - TEL (299) 156-330-200
E-MAIL: jorge.meier@hotmail.com



Cliente	OAS	Salida	18/07/2018	Recepción N°	3968
Ubicación	H-17	Marca	CENI	Rango	0 A 250°C
Tag N°	-	Modelo	ANALOGICO	Cuadrante Ø	4 "
Certif N°	JPM - 31284	N° Serie	7751	CX	CI 1/2" NPT
		Procedimiento:	SV 007		

REFERENCIA PSI (Patrón)	VALOR INICIAL (Instrumento PSI)		VALOR FINAL (Instrumento PSI)	
	Ascendente	Descendente	Negra -Ascendente- Roja	Descendente
25°C	25°C			
50°C	50°C			
100°C	100°C			200°C
150°C	150°C			150°C
200°C	200°C			100°C
				50°C
				25°C

Patrón Utilizado:

JORGE MEIER

Fo SV 001 -4