



477

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° JPM - 31283

Instrumento/Equipo: MANOMETRO

Fabricante: CENI

Modelo: ANALOGICO

Diametro: Ø 4"

N° Serie: 7750

N° Tag: -

Rango: 0 A 1.400 PSI

Conexión: Ø 1/2"

Patrón Utilizado: WIKA CPG 1.000

Certificado Patrón: CERT N° 160826-2299

Cliente: OAS

Ubicación: H-17

Procedimiento N°: SV 007

Fecha de Calibración: 18/07/2018

Las mediciones involucradas en el presente Certificado proveen trazabilidad a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente a patrones reconocidos, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI). Los certificados de calibración que documentan la trazabilidad de las mediciones realizadas, se hallan disponibles a pedido del/los interesado/s.

El cliente está obligado a recalibrar el material a intervalos apropiados.

El instrumento/sistema de medición calibrado presenta desvíos inferiores a los correspondientes para la clase indicada

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración sin firma y sello no serán válidos. Los resultados contenidos en el presente Certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizan las mediciones. El laboratorio de Calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los materiales calibrados o por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este Certificado.

..... Cliente	 Luciana Meier Resp. Laboratorio	 Jorge Meier Resp. JPM. Services
------------------	---	---

TINOGASTA 4737 (8300) NEUQUEN - TEL (299) 156-330-200

E-MAIL: jorge.meier@hotmail.com



CONTROL DE REPARACION y CALIBRACION de MANÓMETRO / TERMOMETRO

Ingreso 17/07/2018 N° 4011
Salida 18/07/2018 Recepción N° 3975

Cliente	OAS	Marca	CENI	Rango	0 A 1.400 PSI
Ubicación	H-17	Modelo	ANALOGICO	Cuadrante Ø	4 "
Tag N°	-	N° Serie	7750	CX	CI 1/2" NPT
Certif N°	JPM - 31283	Procedimiento:	SV 007		

Actividad	Carcasa	Dial	Mecanismo	Bourdon	Vidrio	Aro sello	Aguja	Amortiguador	Switch eléctrico	Manguera	Sensor	Finalización	Realizó	Fecha	Observación
Desarme															
Limpieza												X	JPM. Serv.	18/07/2018	
1ª Inspección												X	JPM. Serv.	18/07/2018	
Reparación															
Cambio															
Pintura															
Calibración												X	JPM. Serv.	18/07/2018	
Carga fluido															
Identificación												X	JPM. Serv.	18/07/2018	
Inspección Final												X	JPM. Serv.	18/07/2018	
Embalaje															
Otras															

REFERENCIA PSI (Patrón)	VALOR INICIAL (Instrumento PSI)		VALOR FINAL (Instrumento PSI)	
	Ascendente	Descendente	Negra -Ascendente- Roja	Descendente
0 PSI	0 PSI			1.400 PSI
200 PSI	200 PSI			1.200 PSI
400 PSI	400 PSI			1.000 PSI
600 PSI	600 PSI			600 PSI
1.000 PSI	1.000 PSI			400 PSI
1.200 PSI	1.200 PSI			200 PSI
1.400 PSI	1.400 PSI			0 PSI

Patrón Utilizado:	Observación General	Aprobado
WIKA CPG 1.000 CERT N° 160826-2299	APTO PARA FUNCIONAR	 JORGE MEIER

TINOGASTA 4737 (8300) NEUQUEN - TEL (299) 156-330-200
E-MAIL: jorge.meier@hotmail.com