

CL-1338



CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 19N0030

Fecha de Calibración: 04/01/2019 - Calibrado en : Neuquén - Calibrado por : Dario Covello

INFORMACION DEL INSTRUMENTO:

Tipo de Instrumento: Detector de Gas

Marca: MSA

Modelo: Altair 4X

Nro. Serie: 00262149

INFORMACION DEL SOLICITANTE:

Razón Social: Oil Addper Service S.R.L. - Código: 541

Domicilio: Ministro Gonzalez 175 - Neuquén - Neuquén

Nro. Interno: 15070

1 de 4

Ing. PABLO DOLBER
MAT. 1007857
DIRECTOR TÉCNICO

"Prohibida la reproducción Total o Parcial del presente informe. El mismo sin firma y sello no será válido."
En Buenos Aires: (11) 4551-9120 / 11-52491211 / Nextel 631*5601 - Palpa 2867 PB "A" (1426) CABA
En Neuquén: (299) 442-6581 / (299) 15-578-4907 - Soldado Desconocido 626 (8300) Neuquén
En Rosario: (0341) 527-4114 - San Luis 1665 Piso 5 Of 8 (2000) Rosario - Pcia. Santa Fe
E-Mail: info@baldorsrl.com.ar - Web: www.baldorsrl.com.ar



CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 19N0030

Fecha de Calibración: 04/01/2019 - Calibrado en : Neuquén - Calibrado por : Dario Covello

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES:

Temperatura (°C): 24.0000

Humedad (%): 27.0000

Presión Atmosférica (mmHg): 758.0000

Observaciones:

METODOLOGIA EMPLEADA:

Comparación con patrones, de acuerdo a procedimiento interno de calibración: descrito en la tabla de resultados.

Parámetro	Valor de Ref.	Valor Medido	Valor Ajustado	Corrección	Val. 1	Val. 2	Val. 3
Concentración de gas N2 (%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Concentración de LEL	26,0000	23,0000	26,0000	-3,0000	26,0000	26,0000	26,0000
Concentración de gas	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Concentración de gas CO (ppm)	115,0000	110,0000	115,0000	-5,0000	115,0000	115,0000	115,0000
Concentración de gas N2 (%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Concentración de gas O2	15,0000	15,0000	15,0000	0,0000	15,0000	15,0000	15,0000
Concentración de gas	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Concentración de gas H2S	10,0000	9,0000	10,0000	-1,0000	10,0000	10,0000	10,0000


RESULTADO:

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. En los valores calibrados, el instrumento cumple con las especificaciones de exactitud declaradas por el fabricante en el manual de instrucciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso

Ing. PABLO DOLBER
MAT. 1607957
DIRECTOR TÉCNICO

2 de 4

"Prohibida la reproducción Total o Parcial del presente informe. El mismo sin firma y sello no será válido."
En Buenos Aires: (11) 4551-9120 / 11-52491211 / Nextel 631*5601 - Palpa 2867 PB "A" (1426) CABA
En Neuquén: (299) 442-6581 / (299) 15-578-4907 - Soldado Desconocido 626 (8300) Neuquén
En Rosario: (0341) 527-4114 - San Luis 1665 Piso 5 Of 8 (2000) Rosario - Pcia. Santa Fe
E-Mail: info@baldorsrl.com.ar - Web: www.baldorsrl.com.ar



CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 19N0030

Fecha de Calibración: 04/01/2019 - Calibrado en : Neuquén - Calibrado por : Dario Covello

inadecuada de este certificado.

Parámetro	Valor de Ref.	Proc. de Calibr.	Incert. Típica	Incert. K=2	Unidad de Medición
Concentración de gas N2 (%)	0,00	Calibracion de Gases PE 10	0,2887	0,5774	%
Concentración de LEL	26,00	Calibracion de Gases PE 10	0,3253	0,6506	%
Concentración de gas	0,00	Calibracion de Gases PE 10	0,2887	0,5774	ppm
Concentración de gas CO (ppm)	115,00	Calibracion de Gases PE 10	0,7204	1,4407	ppm
Concentración de gas N2 (%)	0,00	Calibracion de Gases PE 10	0,0293	0,0586	%
Concentración de gas O2	15,00	Calibracion de Gases PE 10	0,0898	0,1795	%
Concentración de gas	0,00	Calibracion de Gases PE 10	0,2887	0,5774	ppm
Concentración de gas H2S	10,00	Calibracion de Gases PE 10	0,4057	0,8113	ppm

INCERTIDUMBRE:

Para el cálculo de la incertidumbre de medición se utilizó un factor de cobertura $K=2$, que corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95% considerando distribución normal. Se incluyen los aportes del método y el comportamiento del instrumento en el momento de la calibración. No contiene términos que evalúen el comportamiento a largo plazo del mismo.

PATRONES UTILIZADOS:

Parámetro	Proveedor	Nro. Certificado	Fecha de Cert.	Valor Cert.	Incert.	Unidad de Medida	Observaciones
Concentración de gas	AZOE de Daniel Victor Perez	SO2/H2S/NO2/CO 16052403 (0 ppm)	24/05/2016	0,0000	0,0100	ppm	Gas: Nitrógeno N2 4.8 99.998%
Concentración de gas N2 (%)	AZOE de Daniel Victor Perez	0% (LEL/O2) 16052403	24/05/2016	0,0000	0,0100	%	Gas: Nitrógeno N2 4.8 99.998%
Concentración de gas O2	AZOE de Daniel Victor Perez	O2 18022702 (15%)	27/02/2018	15,0000	0,1700	%	Gas: oxígeno Balance: nitrógeno
Concentración de LEL	AZOE de Daniel Victor Perez	LEL 18052302 (26%)	23/05/2018	26,0000	0,3000	%	Gas: metano Balance: aire
Concentración de gas H2S	AZOE de Daniel Victor Perez	H2S 18051510C (10ppm)	06/09/2018	10,0000	0,5700	ppm	Gas: H2S Balance: nitrógeno
Concentración de gas CO (ppm)	AZOE de Daniel Victor Perez	CO 18090402 (115ppm)	04/09/2018	115,0000	1,3200	ppm	Gas: CO Balance: nitrógeno

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales, los cuales representan a las

3 de 4

Ing. PABLO DOLBER
MAT. 1997957
DIRECTOR TÉCNICO

"Prohibida la reproducción Total o Parcial del presente informe. El mismo sin firma y sello no será válido."
En Buenos Aires: (11) 4551-9120 / 11-52491211 / Nextel 631*5601 - Palpa 2867 PB "A" (1426) CABA
En Neuquén: (299) 442-6581 / (299) 15-578-4907 - Soldado Desconocido 626 (8300) Neuquén
En Rosario: (0341) 527-4114 - San Luis 1665 Piso 5 Of 8 (2000) Rosario - Pcia. Santa Fe
E-Mail: info@baldorsrl.com.ar - Web: www.baldorsrl.com.ar



CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 19N0030

Fecha de Calibración: 04/01/2019 - Calibrado en : Neuquén - Calibrado por : Dario Covello

unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Medidas (SI). El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

4 de 4

Ing. PABLO DOLBER
MAT. 1027367
DIRECTOR TÉCNICO

"Prohibida la reproducción Total o Parcial del presente informe. El mismo sin firma y sello no será válido."
En Buenos Aires: (11) 4551-9120 / 11-52491211 / Nextel 631*5601 - Palpa 2867 PB "A" (1426) CABA
En Neuquén: (299) 442-6581 / (299) 15-578-4907 - Soldado Desconocido 626 (8300) Neuquén
En Rosario: (0341) 527-4114 - San Luis 1665 Piso 5 Of 8 (2000) Rosario - Pcia. Santa Fe
E-Mail: info@baldorsrl.com.ar - Web: www.baldorsrl.com.ar