



Tecnoplus de Ing Aldo A. Bruschi

email: laboratorio@tecnoplusonline.com.ar  
web: tecnoplusonline.com.ar

Maestro Alderete 2393.  
Neuquén capital.  
Prov. de Neuquén.  
Tel: 0299-4478540

## Certificado de calibración N°: CCPT-0070319

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales (I.N.T.I.), los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite.

Certificados de calibración sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

### 1- Información de calibración.

Objeto: Válvula de seguridad Doma 2740

N° de Serie / Identificación: 2740H2101

Fecha de Calibración: 25/03/2019

| Resultados:                   | Referencias:                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aceptado: SI                  | As-Found / As-Left: Como recibido / Como entregado |
| Estado Found/Left: Found-Left | Found-Left: Entregado como recibido                |
| Estado del sello ajuste: OK   | TUR: Relación de incertidumbre de la prueba.       |
|                               | FDT: Fuera de tolerancia                           |

### 2- Datos de la calibración.

| Datos del cliente                                                                | Datos del Laboratorio                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente: Oil Addper Service SRL                                                  | Calibrado por: Guillermo Carlos Pompei                                                       |
| C.U.I.T. 30-70858254-5                                                           | Domicilio: Alderete 2393 - Neuquén                                                           |
| Domicilio: Av. Conquistadores del Desierto 2450,<br>PIN Oeste - Neuquén capital. | Temperatura y humedad ambiente al momento de la calibración: 25,7 °C ± 0,5°C<br>35,9% ± 0,3% |

Número de páginas del certificado y anexos: 7

### 3- Alcance de la calibración

Tensión: AC: NO DC: NO

Corriente: AC: NO DC: NO

Resistencia: NO

Frecuencia: NO

Capacidad: NO

Temperatura: NO

Presión: SI

Corriente Loop Medición: NO

Corriente Loop generación: NO

Corriente Loop simulación: NO

### 4 - Metodología Empleada

La calibración fue realizada de acuerdo al/los procedimiento/s interno/s: PCPT-05 Rev 02.18

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. La empresa no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

CCPT-0070319 - 1