

6038



SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 20N2034 - Fecha de Calibración: 17/07/2020
Fecha de Emisión: 17/07/2020 - Calibrado en : Neuquén - Calibrado por : Dario Covello

1 de 3

INFORMACION DEL INSTRUMENTO:

Tipo de Instrumento: Detector de Gas

Marca: BOSEAN

Modelo: BH-4S

Nro. Serie: 1902349

INFORMACION DEL SOLICITANTE:

Razón Social: GREEN OIL SERVICES SA - Código: 541

Domicilio: Conquistadores del desierto 2450 - Neuquén - Neuquén

Nro. Interno: 22803

Ing. PABLO DOLBER
ISAT, 1907957
DIRECTOR TÉCNICO

"Prohibida la reproducción Total o Parcial del presente Informe. El mismo sin firma y sello no será válido."

EN CABA

Oficinas Comerciales
Av. Federico Lacroze 3080 1ª "B" CABA
Laboratorio de Calibración y Entregas
Palpa 2867 - Pra. Bja. "A"
Teléfono: (011) 5232-3612 // Dirección

EN NEUQUEN

Soldado Desconocido 626
Pcia. de Neuquén
Teléfono: (0299) 442-6581
Móvil: (299) 15 4021379

EN ROSARIO

San Luis 1665 Piso 5 Of. 8
Rosario - Santa Fe
Teléfono (0341) 527-4114
rosario@baldorsri.com.ar

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 20N2034 - Fecha de Calibración: 17/07/2020
Fecha de Emisión: 17/07/2020 - Calibrado en : Neuquén - Calibrado por : Dario Covello

2 de 3

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES:

Temperatura (°C): 20

Humedad (%): 35

Presión Atmosférica (mmHg): 460

Observaciones:

METODOLOGIA EMPLEADA:

Comparación con patrones, de acuerdo a procedimiento interno de calibración: descrito en la tabla de resultados.

Parámetro	Valor de Ref.	Valor Medido	Valor Ajustado	Corrección	Val. 1	Val. 2	Val. 3
Concentración de LEL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concentración de LEL (%)	25,0	15,0	25,0	-10,0	25,0	25,0	25,0
Concentración de gas CO (ppm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concentración de gas CO (ppm)	64,0	59,0	64,0	-5,0	64,0	64,0	64,0
Concentración de gas O2 (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concentración de gas O2 (%)	15,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Concentración de gas H2S (ppm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concentración de gas H2S (ppm)	20,0	19,0	20,0	-1,0	20,0	20,0	20,0

RESULTADO:

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuada de este certificado.

Ing. PABLO DOLBER
IASAT. 1007957
DIRECTOR TÉCNICO

"Prohibida la reproducción Total o Parcial del presente informe. El mismo sin firma y sello no será válido."

EN CABA

Oficinas Comerciales
Av. Federico Lacroze 3080 1º "B" CABA
Laboratorio de Calibración y Entregas
Palpa 2867 - Pta. Bja. "A"
Teléfono: (011) 6228-1612 H. Buenos Aires

EN NEUQUEN

Soldado Desconocido 626
Pcia. de Neuquén
Teléfono: (0299) 442-6581
Móvil: (299) 15 4021379

EN ROSARIO

San Luis 1665 Piso 5 Of. 8
Rosario - Santa Fe
Teléfono (0341) 527-4114
rosario@baldorsrl.com.ar