



Fecha de Calibración: 27/11/2020
Fecha de Emisión: 27/11/2020

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 157212



SILQUINI S.R.L.
Pacheco 373

(54-0299) 477-4400
ventas@siliquini.com

Cliente:	OIL ADDPER SERVICES SRL	Equipo en uso:	REPARADO Y CALIBRADO
Instrumento:	Altair 2X - H2S - Standard	Equipo nuevo:	NO
	Grupo: 8 - (Portable Instrument)		
S/N:	00152870	Fabricante:	Mine Safety Appliances Company

Gas Patrón	Objetivo a Verificar	Incert. del Gas	Número de Lote	Mediciones			Incert. de la Medición	Rango
				1	2	3		
Acido Sulfhidrico (H2S) 20 ppm	20 ppm	10%	239511	20	20	20	2,0817 ppm	0 - 200 ppm

Calibración: Contraste con gas patrón trazable a patrones de peso NIST

Condiciones ambientales de Calibración: Cipolletti - Río Negro

Temperatura (°C) 25°C
Presión atmosférica (hPa): 987 hPa
Humedad (%): 27 %

Procedimientos de Calibración: De acuerdo al manual de cada equipo

(*) Las especificaciones de tolerancia de medición se encuentran informadas en el manual del equipo.

"La calibración de los equipos, instrumentos y dispositivos utilizados, los métodos de análisis aplicados, y las acciones u omisiones son realizadas en forma exclusiva por personal de SILQUINI S.R.L. sin intervención de COMPAÑÍA MSA DE ARGENTINA S.A. quien no responderá por los mismos."

Límites en el uso: Indicados en el manual del equipo

Los resultados son válidos solamente para el equipo ensayado no siendo extensivos a cualquier otro.
La trazabilidad de los detectores MSA se realiza a través del número de serie

La reproducción de este documento sólo podrá hacerse íntegramente sin ninguna alteración.

Cantidad de hojas: 1

Javier Salvatierra
SERVICIO TÉCNICO
SILQUINI S.R.L.