

H15



Fecha de Calibración: 19/8/2020

Fecha de Emisión: 19/8/2020

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 151291

SILQUINI S.R.L.
Pacheco 373(54-0299) 477-4400
ventas@siliquini.com

Cliente: Green Oil Services SA	Equipo en uso: CALIBRADO
Instrumento: Altair 2X - H2S - Standard Grupo: 8 - (Portable Instrument)	Equipo nuevo: SI
S/N: 00160592	Fabricante: Mine Safety Appliances Company

Gas Patrón	Objetivo a Verificar	Incert. del Gas	Número de Lote	Mediciones			Incert. de la Medición	Rango
				1	2	3		
Acido Sulfidrico (H2S) 20 ppm	20 ppm	10%	1192469	20	20	20	2,0817 ppm	0 - 200 ppm

Calibración: Contraste con gas patrón trazable a patrones de peso NIST

Condiciones ambientales de Calibración: Cipolletti - Río Negro

Temperatura (°C) 20°C
 Presión atmosférica (hPa): 1024 hPa
 Humedad (%): 30 %

Procedimientos de Calibración: De acuerdo al manual de cada equipo

(*) Las especificaciones de tolerancia de medición se encuentran Informadas en el manual del equipo.

"La calibración de los equipos, instrumentos y dispositivos utilizados, los métodos de análisis aplicados, y las acciones u omisiones son realizadas en forma exclusiva por personal de SILQUINI S.R.L. sin intervención de COMPAÑIA MSA DE ARGENTINA S.A. quien no responderá por los mismos."

Límites en el uso: Indicados en el manual del equipo
 Los resultados son válidos solamente para el equipo ensayado no siendo extensivos a cualquier otro.
 La trazabilidad de los detectores MSA se realiza a través del número de serie

La reproducción de este documento sólo podrá hacerse íntegramente sin ninguna alteración.

Cantidad de hojas: 1

Javier Salvatierra
 SERVICIO TÉCNICO
 SILQUINI S.R.L.