

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 21N2480 - Fecha de Calibración: 15/06/2021
Fecha de Emisión: 15/06/2021 - Calibrado en : Neuquén - Calibrado por : Dario Covello

1 de 3

INFORMACION DEL INSTRUMENTO:


Tipo de Instrumento: Luxómetro
Marca: TES
Modelo: 1330A
Nro. Serie: 111001664

INFORMACION DEL SOLICITANTE:

Razón Social: GREEN OIL SERVICES SA - Código: 541
Domicilio: Conquistadores del desierto 2450 - Neuquén - Neuquén
Nro. Interno: 28153

RESULTADO:

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.



Ing. PABLO DOLBER
MAT. 1007957
DIRECTOR TÉCNICO

"Prohibida la reproducción Total o Parcial del presente informe. El mismo sin firma y sello no será válido."

EN CABA

Oficinas Comerciales
Av. Federico Lacroze 3080 1º "B" CABA
Laboratorio de Calibración y Entregas
Palpa 2867 - Pta. Bja. "A"
Teléfono: (011) 5238-2612 (L. Rotativas)
info@baldorsrl.com.ar

EN NEUQUEN

Soldado Desconocido 626
Pcia. de Neuquén
Teléfono: (0299) 442-6581
Móvil: (299) 15 4021379
neuquen@baldorsrl.com.ar

EN ROSARIO

San Luis 1665 Piso 5 Of. 8
Rosario - Santa Fe
Teléfono (0341) 527-4114
rosario@baldorsrl.com.ar

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 21N2480 - Fecha de Calibración: 15/06/2021
Fecha de Emisión: 15/06/2021 - Calibrado en : Neuquén - Calibrado por : Dario Covello

2 de 3

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES:

Temperatura (°C): 23

Humedad (%): 25

Presión Atmosférica (mmHg): 744

Observaciones:

METODOLOGIA EMPLEADA:

Comparación con patrones, de acuerdo a procedimiento interno de calibración: descrito en la tabla de resultados.

Parámetro	Valor de Ref.	Valor Medido	Valor Ajustado	Corrección	Val. 1	Val. 2	Val. 3
Intensidad lumínica (lx)	10	9	9	0	9	9	9
Intensidad lumínica (lx)	50	49	49	0	49	49	49
Intensidad lumínica (lx)	100	99	99	0	99	99	99
Intensidad lumínica (lx)	500	497	497	0	497	497	497
Intensidad lumínica (lx)	1000	995	995	0	995	995	995
Intensidad lumínica (lx)	1500	1495	1495	0	1495	1495	1495

RESULTADO:

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuada de este certificado.

Parámetro	Valor de Ref.	Proc. de Calibr.	Incert. Típica	Incert. K=2	Unidad de Medición
Intensidad lumínica (lx)	10	Calibración de luxómetro ICL01	1	1	lx
Intensidad lumínica (lx)	50	Calibración de luxómetro ICL01	1	1	lx
Intensidad lumínica (lx)	100	Calibración de luxómetro ICL01	1	1	lx
Intensidad lumínica (lx)	500	Calibración de luxómetro ICL01	1	1	lx
Intensidad lumínica (lx)	1000	Calibración de luxómetro ICL01	1	1	lx
Intensidad lumínica (lx)	1500	Calibración de luxómetro ICL01	1	1	lx

[Firma]

Ing. PABLO DOLBER
MAT. 1007957
DIRECTOR TÉCNICO

"Prohibida la reproducción Total o Parcial del presente informe. El mismo sin firma y sello no será válido."

EN CABA

Oficinas Comerciales
Av. Federico Lacroze 3080 1º "B" CABA
Laboratorio de Calibración y Entregas
Palpa 2867 - Pta. Bja. "A"
Teléfono: (011) 5238-2612 (L. Rotativas)
info@baldorsrl.com.ar

EN NEUQUEN

Soldado Desconocido 626
Pcia. de Neuquén
Teléfono: (0299) 442-6581
Móvil: (299) 15 4021379
neuquen@baldorsrl.com.ar

EN ROSARIO

San Luis 1665 Piso 5 Of. 8
Rosario - Santa Fe
Teléfono (0341) 527-4114
rosario@baldorsrl.com.ar

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 21N2480 - Fecha de Calibración: 15/06/2021

Fecha de Emisión: 15/06/2021 - Calibrado en : Neuquén - Calibrado por : Dario Covello

3 de 3


INCERTIDUMBRE:

Para el cálculo de la incertidumbre de medición se utilizó un factor de cobertura $K=2$, que corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95% considerando distribución normal. Se incluyen los aportes del método y el comportamiento del instrumento en el momento de la calibración. No contiene términos que evalúen el comportamiento a largo plazo del mismo.

PATRONES UTILIZADOS:

Parámetro	Proveedor	Nro. Certificado	Fecha de Cert.	Valor Cert.	Incert.	Unidad de Medida	Observaciones
Intensidad luminica (lx)	LENOR SRL	Lux LWA-10-20-3405	06/11/2020	44	1	lx	

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Medidas (SI). El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.



Ing. PABLO DOLBER
MAT. 1007957
DIRECTOR TÉCNICO

"Prohibida la reproducción Total o Parcial del presente informe. El mismo sin firma y sello no será válido."

EN CABA

Oficinas Comerciales
Av. Federico Lacroze 3080 1º "B" CABA
Laboratorio de Calibración y Entregas
Palpa 2867 - Pta. Bja. "A"
Teléfono: (011) 5238-2612 (L. Rotativas)
info@baldorsrl.com.ar

EN NEUQUEN

Soldado Desconocido 626
Pcia. de Neuquén
Teléfono: (0299) 442-6581
Móvil: (299) 15 4021379
neuquen@baldorsrl.com.ar

EN ROSARIO

San Luis 1665 Piso 5 Of. 8
Rosario - Santa Fe
Teléfono (0341) 527-4114
rosario@baldorsrl.com.ar