

Fecha de Emisión: 01/06/2021 - Calibrado en : Neuquén - Calibrado por : Dario Covello

1 de 3

Tipo de Instrumento: Anemómetro

Marca: TRIGGER

Modelo: HP-866B

Nro. Serie: 202000542095

Razón Social: GREEN OIL SERVICES SA - Código: 541

Domicilio: Ministro Gonzalez 175 - Neuquén - Neuquén

Nro. Interno: 27953

Ed. H. E.

Ing. PABLO DOLBER
MAT. 1007957
DIRECTOR TÉCNICO

"Prohibida la reproducción Total o Parcial del presente informe. El mismo sin firma y sello no será válido."

EN CABA

Oficinas Comerciales

Av. Federico Lacroze 3080 1º "B" CABA

Laboratorio de Calibración y Entregas

Palpa 2867 - Pta. Bja. "A"

Teléfono: (011) 5238-2612 (L. Rotativas)

info@baldorsrl.com.ar

EN NEUQUEN

Soldado Desconocido 626

Pcia. de Neuquén

Teléfono: (0299) 442-6581

Móvil: (299) 15 4021379

neuquen@baldorsrl.com.ar

EN ROSARIO

San Luis 1565 Piso 5 Of. 8

Rosario - Santa Fe

Teléfono (0341) 527-4114

rosario@baldorsrl.com.ar

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 21N2231 - Fecha de Calibración: 01/06/2021

Fecha de Emisión: 01/06/2021 - Calibrado en : Neuquén - Calibrado por : Dario Covello

2 de 3

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES:

Temperatura (°C): 21

Humedad (%): 30

Presión Atmosférica (mmHg): 735

Observaciones:

METODOLOGIA EMPLEADA:


Comparación con patrones, de acuerdo a procedimiento interno de calibración: descrito en la tabla de resultados.

Parámetro	Valor de Ref.	Valor Medido	Valor Ajustado	Corrección	Val. 1	Val. 2	Val. 3
Velocidad de viento	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Velocidad de viento	6,2	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3
Velocidad de viento	8,9	8,9	8,9	0,0	8,9	8,9	8,9

RESULTADO:

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuada de este certificado.

Parámetro	Valor de Ref.	Proc. de Calibr.	Incert. Típica	Incert. K=2	Unidad de Medición
Velocidad de viento	3,0	Calibración de anemómetro ICV01P	0,1	0,1	m/s
Velocidad de viento	6,2	Calibración de anemómetro ICV01P	0,1	0,1	m/s
Velocidad de viento	8,9	Calibración de anemómetro ICV01P	0,1	0,1	m/s



Ing. PABLO DOLBER
MAT. 1007957
DIRECTOR TÉCNICO

"Prohibida la reproducción Total o Parcial del presente informe. El mismo sin firma y sello no será válido."

EN CABA

Oficinas Comerciales
Av. Federico Lacroze 3080 1º "B" CABA
Laboratorio de Calibración y Entregas
Palpa 2867 - Pta. Bja. "A"
Teléfono: (011) 5238-2612 (L. Rotativas)
info@baldorsrl.com.ar

EN NEUQUEN

Soldado Desconocido 626
Pcia. de Neuquén
Teléfono: (0299) 442-6581
Móvil: (299) 15 4021379
neuquen@baldorsrl.com.ar

EN ROSARIO

San Luis 1665 Piso 5 Of. 8
Rosario - Santa Fe
Teléfono (0341) 527-4114
rosario@baldorsrl.com.ar

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 21N2231 - Fecha de Calibración: 01/06/2021

Fecha de Emisión: 01/06/2021 - Calibrado en : Neuquén - Calibrado por : Dario Covello

3 de 3


INCERTIDUMBRE:

Para el cálculo de la incertidumbre de medición se utilizó un factor de cobertura $K=2$, que corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95% considerando distribución normal. Se incluyen los aportes del método y el comportamiento del instrumento en el momento de la calibración. No contiene términos que evalúen el comportamiento a largo plazo del mismo.

PATRONES UTILIZADOS:

Parámetro	Proveedor	Nro. Certificado	Fecha de Cert.	Valor Cert.	Incert.	Unidad de Medida	Observaciones
Velocidad de viento	Sumtech Inc.	U269235-00-01	05/03/2021	4,9	0,1	m/s	

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Medidas (SI). El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.



Ing. PABLO DOLBER
MAT. 1007957
DIRECTOR TÉCNICO

"Prohibida la reproducción Total o Parcial del presente informe. El mismo sin firma y sello no será válido."

EN CABA

Oficinas Comerciales
Av. Federico Lacroze 3080 1ª "B" CABA
Laboratorio de Calibración y Entregas
Palpa 2867 - Pta. Bja. "A"
Teléfono: (011) 5238-2612 (L. Rotativas)
info@baldorsrl.com.ar

EN NEUQUEN

Soldado Desconocido 626
Pcia. de Neuquén
Teléfono: (0299) 442-6581
Móvil: (299) 15 4021379
neuquen@baldorsrl.com.ar

EN ROSARIO

San Luis 1665 Piso 5 Of. 8
Rosario - Santa Fe
Teléfono (0341) 527-4114
rosario@baldorsrl.com.ar