

DATOS DEL CILINDRO

Cliente: GREEN OIL SERVICES	
Marca: LUXFER MSA	N.º de Serie : OJ-384664
Fecha PH: 05/20	PT del Cilindro: 2216 PSI
	Fecha de Recarga: 17/02/22

DATOS DE LA CARGA DEL CILINDRO


Fecha de Análisis: DICIEMBRE 2021	
Técnico que genero la muestra de aire: OSCAR CORREA	
Propietario del compresor: WELL DONE SERVICES SRL	
Marca: AEROTÉCNICA COLTRI S.p.A.	Modelo: MCH6
Nº de Serie: 0438	Lugar de la toma de muestra: COMPRESOR

ESTANDAR DE LA CALIDAD DE AIRE RESPIRABLE

		Grado del Estándar ACEPTABLE		
NORMAS	SUBSTANCIAS	GUIA	UNIDADES	RESULTADO
	Oxigeno (O2)	20-22	%	20,9
	Monóxido de Carbono (CO)	5	ppm	0
	Dióxido de Carbono (CO2)	500	ppm	30
	Nieblas de Aceite	1.0	mg/m3	0
	Nieblas de Agua	27	ml/m3	18
	Olor	Ninguno		NINGUNO

OBSERVACIONES: El presente Protocolo asegura la calidad de aire con el que fue recargado el Cilindro. El uso y mantenimiento del mismo, es responsabilidad de su poseedor, quedando excluido del presente protocolo su certificación.

RESULTADO: APTO



Tecnico Oscar Correa
Well Done Services S.R.L



Posi3 USB Test Results Complete SCBA Test


2/15/2021 11:19:29 AM

DFT-100 FINAL
AIRHAWK II 2216 W/O RA
S/N: BKA0028134

1
DFT

Posi3 USB serial # L03179 - Calibration was up to date when the test was performed

Auxiliary IDs		Functional Tests			
Operator	JES	Exhalation Pressure	Pass	1.7	"H2O
Order Number	STOCK	Facepiece Leakage	Pass	0.1	"H2O
Facepiece		Static Facepiece Pressure	Pass	1.0	"H2O
Audi		1st Breath Activation	Pass	-7.9	"H2O
First Stage		High Pressure Leakage	Pass	6	PSI
Airline Attachment		Bypass Pressure	Pass		
Harness		Alarm Activation Pressure			
Visual Inspection		MMR 2216 Bell	Pass	560	PSI
		Ringdown	Pass	74	PSI
		Gauge Accuracy			
		2216 PSI Numbers Pass			
		500 ±150 PSI	1000 ±150 PSI	1500 ±150 PSI	
		Pass 491	Pass 1012	Pass 1541	



Minimum	Maximum	Breathing Results	
0.5 "H2O	1.9 "H2O	Pass	Facepiece Pressure

Tested by : Setup Setup

Setup User for Posi3 USB

JES

EP

Certificación de Calidad de Aire Respirable


Dräger

Cliente	Well Done Services SRL	Fecha Expedición del Certificado	15/12/2021 15:02
Número de cliente	VC.000.842		
Número de orden	SR ###.###		

Datos del Cilindro a Evaluar							
Propietario: Well Done Services SRL	Marca: MSA	Serial: DG459512	Fecha P.H:	oct-17			
Presión de trabajo: 2216psi	Volumen: 6 lts	Fecha de carga: 10/12/2021	Válido para prueba	☒			
Datos del Compresor de Carga							
Propietario: Well Done Services SRL	Marca: Coltri	Modelo: MCH6	Serial: 438				
Instrumento de Análisis de Calidad de Aire Respirable							
Equipo de análisis	☒ Multitest med. Int	Referencia	6527321	Serial	AREC-9023		
	☐ Aerotest Simulatn HP	Referencia	6525951	Serial			
Análisis a ser Realizado en							
Compresor ☒	Equipo de protección respiratoria ☐	Equipo de buceo ocupacional	☐				
Pureza de Gases del Área Hospitalaria ☐							
Elementos de Prueba Multitest Med							
Tipo de prueba	Ref. Inst. de prueba	Serial	Fecha de Expiración	Tiempo de Prueba	Umbral de aceptación	Valor Obtenido	Aprueba
Tubo colorimétrico aceite	6728371	ARPC-1981	nov-23	5 min	≤ 0,1 mg/m3	0 ppm	☒
Dioxido de Carbono	6728521	ARPD-2341	sep-23	5 min	≤ 500 ppm	30 ppm	☒
Dioxido de Azufre				5 min	≤ 1 ppm	N/A ppm	☐
Sulfuro de Hidrógeno	8101831	NC-2561	dic-22	6 min	≤ 1 ppm	0 ppm	☒
Gases Nitrosos	8103661			2,5 min	≤ 2 ppm	N/A ppm	☐
Monoxido de Carbono	6728511	ARPC-1691	sep-23	5 min	≤ 5 ppm	0 ppm	☒
Vapor de Agua	8103061	MK-1781	ene-22	10 min	≤ 60 ppm (45mg/m3)	18 mg/m3	☒
Elementos de Prueba Aerotest Simulatn HP							
Tipo de prueba	Ref. Inst. de prueba	Serial	Fecha de Expiración	Tiempo de Prueba	Umbral de aceptación	Valor Obtenido	Aprueba
Aceite Impactor	8103560			5 min	≤ 0,5 mg/m3	ppm	☐
Tubo colorimétrico aceite	8103111						
Dioxido de Carbono	6728521			5 min	≤ 500 ppm	ppm	☐
Monoxido de Carbono	6728511			5 min	≤ 5 ppm	ppm	☐
Vapor Agua (≤200 Bar)	8103061			10 min	≤ 50 mg/m3	mg/m3	☐
Vapor Agua (>200 Bar)					≤ 35 mg/m3		
Olor	--	--	--	--	Sin olor	--	☐
Oxígeno	Dräger ☐ c	ARKE-2122	11/5/2022	2 min	21%Vol (± 1 %)	20,90%	%Vol
	Dräger ☒ X-am						

Dräger Argentina S.A.
 Colectora Panamericana Este 1717
 (B1607BLF) San Isidro
 Buenos Aires - Argentina

Tel +54 11 4836 8310 / Fax +54 11 4836 8321
 Info-argentina@draeger.com / www.draeger.com.ar



Normas que regulan el presente certificado


- ☐ Farmacopea Europea 2.1.6 Suplemento 2000 - Pureza de gases médicos.
- ☐ AS 1715-1994 - Equipos de protección respiratoria.
- ☐ AS 2299-1992 - Buceo ocupacional.
- ☐ CAN/CSA-Z180.1-00 - Sistemas de Aire Respirable Comprimido.
- ☐ BS EN12021 & EN12021:2014 - Equipos de protección respiratoria y aire comprimido para aparatos respiratorios.
- ☐ CGA G-7.1 - 1989/OSHA estandar 29 CFR 1910.134(i)(1) - Grado D para aire respirable.

El procedimiento Dräger para el análisis de aire respirable cumple con las más estrictas normativas estandarizadas, en donde se asegura la calidad del aire evaluado. El mantenimiento y uso del equipamiento analizado se excluye del presente protocolo.

Comentarios adicionales:

Responsable Técnico

Firma


Browne Francisco, Field Service Engineer Safety

Certificado valido hasta el dia 15/12/2022

F.CA_ZJ00.2