

Datos Generales

Cliente : GREEN OIL SERVICES
 OT/OM: S/D
 Fecha de Calibración: 27/7/2022
 Fecha de Emisión : 27/7/2022
 Requerimiento: CALIBRACION
 Equipo: TERMOMETRO
 Ubicación Técnica: S/D
 Procedimiento: N/A

Datos del instrumento

Fabricante: G.V.
 Modelo: CIRCULAR
 N° Serie: S/D
 N° Tag: S/D
 Tamaño: 5"
 Rango: 0 A 200
 Unidad: °C

Instrumentos Patrones Utilizados

Equipos	Marca	Modelo	Serie	N° de Certificado	Tag
HORNO DE BLOQUE SECO DUAL	FLUKE	9011	A86262	07-25363/21	EP 272

Resultados

Valor Patron °C	% Equivalente Rango	Instrumento Inicial °C	Desvio Inicial °C	Instrumento Final °C	Desvio Final °C
0	0	0	0	/	
25	13	25	0		
50	25	50	0		
100	50	100	0		
150	75	150	0		
100	50	100	0		
50	25	50	0		
25	13	25	0		
0	0	0	0		

OBSERVACIONES:

MEIER Y FISCHER S.R.L. aplica en sus procesos los requisitos de las NORMAS IRAM 301 - ISO 17025 e ISO 9001:2000. En consecuencia, desarrolla un programa de calibración para sus referencias y patrones de medida vinculado a patrones nacionales e internacionales, garantizando calibraciones y mediciones trazables al sistema internacional de unidades (SI).

MAURICIO NIEVA
 SERVIDOR TECNICO
 Meier y Fischer S.R.L.

MEIER Y FISCHER S.R.L.

CLIENTE

Lote 8 Manzana P - Parque Industrial Nqn - (8300) Neuquén - Argentina

Telefax: (0299) 4413826 / 27 / 28 / 29