



VENTAS y SERVICIOS
Entre Ríos 635 - (8307) Catriel
Río Negro - Tel/Fax: 0299-4912191
e-mail: operaciones@emysa.com.ar

PROTOCOLO DE ENSAYO Y CERTIFICACION N°: 16450
INSTRUMENTOS

FECHA: 07/06/2023

CLIENTE: OIL ADDPER SERVICE S.R.L.

ORDEN DE COMPRA N°: -----

OT N°: 9950

PRODUCTO: Manómetro: CENI 0-160 Kg/cm² - Rosca Inferior 1/2" - Caja 100 mm - Int. Inox.

UBICACION: EQUIPO GV - 35

TAG:C-1

PSV:

CANTIDAD: 1

SERIE: KL 1,0

ENSAYO E INSPECCION FINAL

CALIBRACION

METODO DE CALIBRACION: SEGÚN NORMA NTC-1420

PRESION ESTATICA: 0-160 Kg/cm²

PATRON : Balanza de peso muerto - CERT.PATRON N° CCPT-0150922

EQUIPOS UTILIZADOS : Balanza de peso muerto - CERT.PATRON N° CCPT-0150922

CODIGO INTERNO: I - 001

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO: Calibración y Glicerina.-

FECHA SUGERIDA DE RECALIBRACION: 07/06/2024

RESULTADO FINAL: APROBADO

APROBO: Fernández, Juan Carlos
ASEG.DE LA CALIDAD

EMYSA
Juan C. Fernández
OPERACIONES

Entre Ríos N° 635
Catriel - Río Negro - ARGENTINA

TEL/FAX: (0299) 4912191
e - mail: operaciones@emysa.com.ar

CLIENTE:	OAS	AREA:	EQUIPO GV-35	FECHA:	07/06/2023
-----------------	-----	--------------	--------------	---------------	------------

INFORME TECNICO

DESCRIPCIÓN : MANOMETRO ANALOGICO
MARCA :CENI

UNIDAD	RANGO	CLASE	RESOLUCIÓN
PRESIÓN	0 A 160	1.0 %	1 kg/cm ²

PATRÓN UTILIZADO : MANOMETRO DIGITAL WIKA
CERTIFICADO DE PATRÓN N° CCPT 0120922

PRESIÓN	MEDICIÓN	DESVIO	TOLERANCIA	RESULTADO
10	9.98	0.200	+ - 1 kg/cm ²	Aprobado
30	29.89	0.1100	+ - 1 kg/cm ²	Aprobado
50	39.78	0.2200	+ - 1 kg/cm ²	Aprobado
70	69.90	0.100	+ - 1 kg/cm ²	Aprobado
90	89.89	0.1100	+ - 1 kg/cm ²	Aprobado
110	109.97	0.300	+ - 1 kg/cm ²	Aprobado
130	129.79	0.2100	+ - 1 kg/cm ²	Aprobado
140	139.87	0.1300	+ - 1 kg/cm ²	Aprobado
160	159.87	0.1300	+ - 1 kg/cm ²	Aprobado



	NOMBRE Y APELLIDO	LEGAJO / DNI
Autorizante (responsable de obra)		
Ejecutante (persona que realiza la tarea)	FERNANDEZ JUAN CARLOS operaciones@emysa.com.ar	24123832



--	--	--