



CERTIFICADO DE MANÓMETRO
CERTIFICADO Nº: MAN-LH-23-0018

LAHUE S.R.L.
 Servicios Petroleros



Ref: MP-OP-05-CM

Preparó: Silvio Ochoa


Aprobó: Sandro Mesplatero

Fecha: 13-06-2022


Rev. 1

DATOS GENERALES**CLIENTE:** LAHUE SRL**FECHA:** 21-04-2023**DIAMETRO DE CONECCIÓN:** 1/2"**MARCA:** WIKA**RANGO:** 0 - 2.200 PSI**CLASE MANOMETRO:** GLICERINA ACERO INOXIDABLE

Título del gráfico



Temperatura

**TERMOMETRO APROBADO****PRÓXIMA REVISIÓN:** 03-01-2023**INSTRUMENTOS PATRONES:**

Marca / Modelo / Serie

Rango de Lectura

Nº Certificado

Fecha de Calibración

BALANZA DE PESO MUERTO

MGM / 5677

0 - 100 Kg/cm2

CONT 0141-22

20-05-2022

MANOMETRO DIGITAL

WIKA CPG1500

0 - 1.000 Bar

12522-11246

23-12-2022

DATOS DE LA SALA DE CALIBRACIÓN

Humedad: 75 %

Temperatura: 21 °C

Controlo
 Sandro Mesplatero
 Instrumentista

Aprobó
 Silvio Ochoa
 Lic. Higiene y Seguridad
 Mat. PA 0601