

Manometro



CERTIFICADO DE MANÓMETRO
CERTIFICADO Nº: MAN-LH-23-0017

LAHUE S.R.L.
 Servicios Petroleros

Ref: MP-OP-05-CM

Preparó: Silvio Ochoa

Aprobó: Sandro Mesplatare

Fecha: 13-05-2022

Rev. 1

DATOS GENERALES

CLIENTE: LAHUE SRL



FECHA: 21-04-2023

DIAMETRO DE CONECCIÓN: 1/2"

MARCA: NUOVA FIMA

RANGO: 0 - 7 Kg/cm2

CLASE MANOMETRO: GLICERINA METALICO NEGRO



Título del gráfico



Temperatura

**TERMOMETRO APROBADO****PRÓXIMA REVISIÓN: 03-01-2023****INSTRUMENTOS PATRONES:**

Marca / Modelo / Serie

Rango de Lectura

Nº Certificado

Fecha de Calibración

BALANZA DE PESO MUERTO

MGM / 5677

0 - 100 Kg/cm2

CONT 0141-22

20-05-2022

MANOMETRO DIGITAL

WIKA CPG1500

0 - 1.000 Bar

12522-11246

23-12-2022

DATOS DE LA SALA DE CALIBRACIÓN

Humedad: 75 %

Temperatura: 20 °C

Controlo
 Sandro Mesplatare
 Instrumentista

Aprobó
 Silvio Ochoa
 Lic. Higiene y Seguridad
 Mat. PA 0601