

	CERTIFICADO MANÓMETRO		N°	335-24																																														
	Hoja 1 de 1		Revisión del reporte: 000																																															
DATOS GENERALES				DATOS DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR																																														
Fecha de calibración:		05/09/2024		TAG:		S/D																																												
Fecha de vencimiento:		05/09/2025		Ubicación técnica:		S/D																																												
Cliente:		GREEN OIL SERVICES		Fabricante:		WINTERS																																												
N° entrada / PDS:		1592		Modelo:		PFP-ZR SERIES																																												
Requerimiento:		CALIBRACIÓN		N° serie:		S/D																																												
Equipo:		MANÓMETRO		Tamaño:		100 mm - ROSCA 1/2"																																												
Procedimiento:		TECC-PPOP-001		Rango:		0 a 100																																												
				Unidad:		BAR																																												
INSTRUMENTOS PATRONES UTILIZADOS																																																		
<table><tr><th>Equipos</th><th>Marca</th><th>Modelo</th><th>N° de serie</th><th>N° de certificado</th><th>TAG</th></tr><tr><td>Calibrador de presión</td><td>GE DRUCK</td><td>DPI800P</td><td>10892553</td><td>CCPT-0061123</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Equipos	Marca	Modelo	N° de serie	N° de certificado	TAG	Calibrador de presión	GE DRUCK	DPI800P	10892553	CCPT-0061123	-																																
Equipos	Marca	Modelo	N° de serie	N° de certificado	TAG																																													
Calibrador de presión	GE DRUCK	DPI800P	10892553	CCPT-0061123	-																																													
RESULTADOS OBTENIDOS																																																		
<table><tr><th>Valor patrón BAR</th><th>% Equivalente rango</th><th>Instrumento inicial BAR</th><th>Desvío inicial BAR</th><th>Instrumento final BAR</th><th>Desvío final BAR</th></tr><tr><td>0</td><td>0%</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td rowspan="10"></td><td rowspan="10"></td></tr><tr><td>20</td><td>25%</td><td>18,00</td><td>-2,00</td></tr><tr><td>40</td><td>50%</td><td>38,00</td><td>-2,00</td></tr><tr><td>60</td><td>75%</td><td>58,00</td><td>-2,00</td></tr><tr><td>80</td><td>100%</td><td>78,00</td><td>-2,00</td></tr><tr><td>60</td><td>75%</td><td>58,00</td><td>-2,00</td></tr><tr><td>40</td><td>50%</td><td>38,00</td><td>-2,00</td></tr><tr><td>20</td><td>25%</td><td>18,00</td><td>-2,00</td></tr><tr><td>0</td><td>0%</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>							Valor patrón BAR	% Equivalente rango	Instrumento inicial BAR	Desvío inicial BAR	Instrumento final BAR	Desvío final BAR	0	0%	0,00	0,00			20	25%	18,00	-2,00	40	50%	38,00	-2,00	60	75%	58,00	-2,00	80	100%	78,00	-2,00	60	75%	58,00	-2,00	40	50%	38,00	-2,00	20	25%	18,00	-2,00	0	0%	0,00	0,00
Valor patrón BAR	% Equivalente rango	Instrumento inicial BAR	Desvío inicial BAR	Instrumento final BAR	Desvío final BAR																																													
0	0%	0,00	0,00																																															
20	25%	18,00	-2,00																																															
40	50%	38,00	-2,00																																															
60	75%	58,00	-2,00																																															
80	100%	78,00	-2,00																																															
60	75%	58,00	-2,00																																															
40	50%	38,00	-2,00																																															
20	25%	18,00	-2,00																																															
0	0%	0,00	0,00																																															
Observaciones:		El presente instrumento se encuentra calibrado al 80% de su fondo de escala según recomendación del fabricante. SE OBSERVA UN DESVIO DE 2 BAR RESPECTO DEL INSTRUMENTO PATRÓN.																																																
CALIBRADO POR			REVISADO POR																																															
 BENAVIDEZ NESTOR TECH MANTENIMIENTO OFICIAL INSTRUMENTISTA FIRMA Y ACLARACIÓN			 GIMENEZ LUCIANO TECH MANTENIMIENTO OFICIAL INSTRUMENTISTA FIRMA Y ACLARACIÓN																																															
Código TEC-IFOP-003		Revisión 001		Fecha de última revisión 16/02/2023																																														