



PH 136



Fecha de Calibración: 02/2024

Fecha de Emisión: 02/2024

Comercial Argentina S.R.L.
Tecedor L. Planas 855

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°: 212037

0299-4435611

laboratorio@comercialargentina.com.ar

Cliente:	GREENUM SERVICES	Equipo en uso:	REPARADO Y CALIBRADO
Instrumento:	DETECTOR PARA GAS H2S GAS	Equipo nuevo:	NO
S/N:	001903	Fabricante:	Mina Safety Appliances Company

Gas Patrón	Concentración a Validar	Incert. del Gas	Número de Lote	Mediciones			Incert. de la Medición	Rango
				1	2	3		
Acido Sulfídrico (H ₂ S)	20 ppm	10	905403	20	20	20	2,0817 ppm	0 - 200 ppm

ALARMAS

Deficiency Alarm	Exposure Alarm	STEL Alarm	TWA Alarm
10 ppm	15 ppm	15 ppm	10 ppm

Calibración: Contraste con gas patrón trazado a patrones de peso molar

Condiciones ambientales de Calibración: Neuquén

Temperatura (°C): 26°C
Presión atmosférica (hPa): 1013 hPa
Humedad (%): 23%

Procedimiento de Calibración: De acuerdo al manual de cada equipo

(*) Las especificaciones de tolerancia de medición se encuentran informadas en el manual del equipo.

"La calibración de este instrumento y el uso de los mismos, los métodos de análisis aplicados, y las acciones u omisiones son realizadas en forma exclusiva por el personal de Comercial Argentina S.R.L. en representación de COMYUMA S.A. DE ARGENTINA S.A. quien no responderá por los mismos."

Límites en el uso: indicados en el manual del equipo

Los resultados de los ensayos solamente para el equipo ensayado no siendo extensivos a cualquier otro.

La trazabilidad de los detectores MSA se realiza a través del número de serie.

La reproducción de este documento solo podrá hacerse íntegramente sin ninguna alteración.

[Firma]

Cantidad de hojas:

Alejandra Soriano
SERVICIO TÉCNICO
Comercial Argentina S.R.L.