

	CERTIFICADO VÁLVULA N° 336-24		
	Hoja 1 de 2	Revisión del reporte: 000	
DATOS GENERALES		DATOS DEL INSTRUMENTO	
Fecha de calibración: 10/09/2024		TAG: S/D	
Cliente: GREEN OIL SERVICES		Ubicación técnica: S/D	
N° entrada / PDS: 1592		Fabricante: AERRE	
Requerimiento: CALIBRACION		Modelo: CF8M EB5605	
Equipo: VALVULA PSV		N° serie: 56414	
Procedimiento: TEC-PPOP-04		Tamaño: 1"X 1"	
		Precintos: 62453	
		Set: 70 Kg/cm ²	
DESCRIPCIÓN			
EL SIGUIENTE INFORME TIENE POR OBJETIVO DESCRIBIR EL ESTADO Y TRABAJOS REALIZADOS A LA VALVULA			
TRABAJOS REALIZADOS			
INSPECCION VISUAL DESARME LIMPIEZA CALIBRACION AJUSTE PINTURA			
Observaciones: SIN OBSERVACIONES			
RESULTADO:		APROBADO	
PATRÓN UTILIZADO			
Equipo: CALIBRADOR DE PRESIÓN			
Marca: ADDITEL			
Modelo: 686			
N° de serie: 03021T010074			
Rango: 0 A 30000 PSI			
Certificado: 47444			
N° TAG: BM-PH-100-86			
CALIBRADO POR		REVISADO POR	
 BREVE JOAQUIN TECH MANTENIMIENTO OFICIAL INSTRUMENTISTA FIRMA Y ACLARACIÓN		 CASTILLO FRANCO TECH MANTENIMIENTO OFICIAL INSTRUMENTISTA FIRMA Y ACLARACIÓN	
Código TEC-IFOP-001		Revisión 001	Fecha de última revisión 01/11/2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO

