



CERTIFICADO
MANÓMETRO

N°326-24



Hoja1de1

Revisión del reporte:000

DATOS GENERALES		DATOS DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR	
Fecha de calibración:	08/08/2024	TAG:	S/D
Fecha de vencimiento:	08/08/2025	Ubicación técnica:	S/D
Cliente:	GREEN OIL SERVICES	Fabricante:	WIKAI
N° entrada / PDS:	1552	Modelo:	CI 1.0
Requerimiento:	CALIBRACIÓN	N° serie:	8970167753
Equipo:	MANÓMETRO	Tamaño:	100 mm - ROSCA 1/2"
Procedimiento:	TECC-PPOP-001	Rango:	0a100
		Unidad:	Kg/cm²

INSTRUMENTOS PATRONES UTILIZADOS

Equipos	Marca	Modelo	N° de serie	N° de certificado	TAG
Calibrador de presión	ADDITEL	686	03021T010074	47444	BM-PH-100-86

RESULTADOS OBTENIDOS

Valor patrón	Kg/cm2	% Equivalente rango	Instrumento inicial	Kg/cm2	Desvío inicial	Kg/cm2	Instrumento final	Kg/cm2	Desvío final	Kg/cm2
0		0%	0,00		0,00					
20		25%	18,20		-1,80					
40		50%	37,80		-2,20					
60		75%	57,80		-2,20					
80		100%	78,00		-2,00					
60		75%	57,80		-2,20					
40		50%	37,80		-2,20					
20		25%	18,20		-1,80					
0		0%	0,00		0,00					

Observaciones:

El presente instrumento se encuentra calibrado al 80% de su fondo de escala según recomendación del fabricante.

SE OBSERVA UN DESVIO DE 2,2 Kq/cm² RESPECTO DEL INSTRUMENTO PATRÓN.

CALIBRADO POR	REVISADO POR
 GIMENEZ LUCIANO TECH MANTENIMIENTO OFICIAL INSTRUMENTISTA FIRMA Y ACLARACIÓN	 CASTILLO FRANCO TECH MANTENIMIENTO OFICIAL INSTRUMENTISTA FIRMA Y ACLARACIÓN

Código TEC-IFOP-003

Revisión 001

Fecha de última revisión 16/02/2023