

	CERTIFICADO TERMÓMETRO		N° 325-24																																																														
	Hoja 1 de 1		Revisión del reporte: 000																																																														
DATOS GENERALES			DATOS DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR																																																														
Fecha de calibración: 08/08/2024			TAG: SIN DATOS																																																														
Fecha de vencimiento: 08/08/2025			Ubicación técnica: SIN DATOS																																																														
Cliente: GREEN OIL SERVICES			Fabricante: WINTERS																																																														
N° entrada / PDS: 1552			Modelo: TBH SERIES																																																														
Requerimiento: CALIBRACIÓN			N° serie: SIN DATOS																																																														
Equipo: TERMÓMETRO			Tamaño: 100 mm X 1/2"																																																														
Procedimiento: TEC-PPOP-009			Rango: 0 a 200																																																														
			Unidad: °C																																																														
INSTRUMENTOS PATRONES UTILIZADOS																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Equipos</th> <th>Marca</th> <th>Modelo</th> <th>N° de serie</th> <th>N° de certificado</th> <th>TAG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Horno bloque seco</td> <td>CEM</td> <td>BX-150</td> <td>160618018</td> <td>CCTT-0131123</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						Equipos	Marca	Modelo	N° de serie	N° de certificado	TAG	Horno bloque seco	CEM	BX-150	160618018	CCTT-0131123	-																																																
Equipos	Marca	Modelo	N° de serie	N° de certificado	TAG																																																												
Horno bloque seco	CEM	BX-150	160618018	CCTT-0131123	-																																																												
RESULTADOS OBTENIDOS																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor patrón</th> <th>% Equivalente rango</th> <th>Instrumento inicial °C</th> <th>Desvío inicial °C</th> <th>Instrumento final °C</th> <th>Desvío final °C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>50</td><td>25,0</td><td>48</td><td>-2</td><td>52</td><td>2</td></tr> <tr><td>100</td><td>50,0</td><td>97</td><td>-3</td><td>102</td><td>2</td></tr> <tr><td>150</td><td>75,0</td><td>145</td><td>-5</td><td>150</td><td>0</td></tr> <tr><td>200</td><td>100,0</td><td>190</td><td>-10</td><td>195</td><td>-5</td></tr> <tr><td>150</td><td>75,0</td><td>145</td><td>-5</td><td>150</td><td>0</td></tr> <tr><td>100</td><td>50,0</td><td>97</td><td>-3</td><td>102</td><td>2</td></tr> <tr><td>50</td><td>25,0</td><td>48</td><td>-2</td><td>52</td><td>2</td></tr> <tr><td>0</td><td>0,0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>						Valor patrón	% Equivalente rango	Instrumento inicial °C	Desvío inicial °C	Instrumento final °C	Desvío final °C	0	0	0	0	0	0	50	25,0	48	-2	52	2	100	50,0	97	-3	102	2	150	75,0	145	-5	150	0	200	100,0	190	-10	195	-5	150	75,0	145	-5	150	0	100	50,0	97	-3	102	2	50	25,0	48	-2	52	2	0	0,0	0	0	0	0
Valor patrón	% Equivalente rango	Instrumento inicial °C	Desvío inicial °C	Instrumento final °C	Desvío final °C																																																												
0	0	0	0	0	0																																																												
50	25,0	48	-2	52	2																																																												
100	50,0	97	-3	102	2																																																												
150	75,0	145	-5	150	0																																																												
200	100,0	190	-10	195	-5																																																												
150	75,0	145	-5	150	0																																																												
100	50,0	97	-3	102	2																																																												
50	25,0	48	-2	52	2																																																												
0	0,0	0	0	0	0																																																												
Observaciones: <i>SE OBSERVA UN DESVIO DE 5°C RESPECTO DEL INSTRUMENTO PATRÓN.</i>																																																																	
CALIBRADO POR			REVISADO POR																																																														
 GIMENEZ LUCIANO TECH MANTENIMIENTO OFICIAL INSTRUMENTISTA FIRMA Y ACLARACIÓN			 CASTILLO FRANCO TECH MANTENIMIENTO OFICIAL INSTRUMENTISTA FIRMA Y ACLARACIÓN																																																														
Código TEC-IFOP-004		Revisión 001		Fecha de última revisión 16/02/2023																																																													