| | | |
|---|---|---|
| TECH MANTENIMIENTO | **CERTIFICADO MANÓMETRO** **N° 322-24** | GAS Green Oil Services |
| | Hoja 1 de 1 | Revisión del reporte: 000 |

| DATOS GENERALES | | DATOS DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR | |
|---|---|---|---|
| Fecha de calibración: | 26/07/2024 | TAG: | S/D |
| Fecha de vencimiento: | 26/07/2025 | Ubicación técnica: | S/D |
| Cliente: | GREEN OIL SERVICES | Fabricante: | CENI |
| N° entrada / PDS: | 1489 | Modelo: | CI 1.0 |
| Requerimiento: | CALIBRACIÓN | N° serie: | S/D |
| Equipo: | MANÓMETRO | Tamaño: | 100 mm - ROSCA 1/2" |
| Procedimiento: | TECC-PPOP-001 | Rango: | 0 a 160 |
| | | Unidad: | BAR |

## INSTRUMENTOS PATRONES UTILIZADOS

| Equipos | Marca | Modelo | N° de serie | N° de certificado | TAG |
|---|---|---|---|---|---|
| Calibrador de presión | ADDITEL | 686 | 03021T010074 | 47444 | BM-PH-100-86 |
| | | | | | |

## RESULTADOS OBTENIDOS

| Valor patrón BAR | % Equivalente rango | Instrumento incial BAR | Desvío inicial BAR | Instumento final BAR | Desvío final BAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | | |
| 32 | 25% | 36,00 | 4,00 | | |
| 64 | 50% | 68,00 | 4,00 | | |
| 96 | 75% | 98,00 | 2,00 | | |
| 128 | 100% | 130,00 | 2,00 | | |
| 96 | 75% | 98,00 | 2,00 | | |
| 64 | 50% | 68,00 | 4,00 | | |
| 32 | 25% | 36,00 | 4,00 | | |
| 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | | |

**Observaciones:** ***El presente instrumento se encuentra calibrado al 80% de su fondo de escala según recomendación del fabricante.***

| CALIBRADO POR | REVISADO POR |
|---|---|
| **BREVE JOAQUIN**<br>**TECH MANTENIMIENTO**<br>**OFICIAL INSTRUMENTISTA**<br>FIRMA Y ACLARACIÓN | **BENAVIDEZ NESTOR**<br>**TECH MANTENIMIENTO**<br>**OFICIAL INSTRUMENTISTA**<br>FIRMA Y ACLARACIÓN |