

TECH MANTENIMIENTO	CERTIFICADO MANÓMETRO		N°	314-24		GOS Green Oil Services																																												
	Hoja 1 de 1		Revisión del reporte: 000																																															
DATOS GENERALES				DATOS DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR																																														
Fecha de calibración:		07/05/2024		TAG:		S/D																																												
Fecha de vencimiento:		07/05/2025		Ubicación técnica:		S/D																																												
Cliente:		GREEN OIL SERVICES		Fabricante:		CENI																																												
N° entrada / PDS:		1446		Modelo:		CI 1.6																																												
Requerimiento:		CALIBRACIÓN		N° serie:		SIN DATOS																																												
Equipo:		MANÓMETRO		Tamaño:		100 mm - ROSCA 1/2"																																												
Procedimiento:		TECC-PPOP-001		Rango:		0 a 2300																																												
				Unidad:		PSI																																												
INSTRUMENTOS PATRONES UTILIZADOS																																																		
<table><tr><th>Equipos</th><th>Marca</th><th>Modelo</th><th>N° de serie</th><th>N° de certificado</th><th>TAG</th></tr><tr><td>Calibrador de presión</td><td>GE DRUCK</td><td>DPI800P</td><td>10892553</td><td>CCPT-0061123</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Equipos	Marca	Modelo	N° de serie	N° de certificado	TAG	Calibrador de presión	GE DRUCK	DPI800P	10892553	CCPT-0061123	-																																
Equipos	Marca	Modelo	N° de serie	N° de certificado	TAG																																													
Calibrador de presión	GE DRUCK	DPI800P	10892553	CCPT-0061123	-																																													
RESULTADOS OBTENIDOS																																																		
<table><tr><th>Valor patrón PSI</th><th>% Equivalente rango</th><th>Instrumento inicial PSI</th><th>Desvío inicial PSI</th><th>Instrumento final PSI</th><th>Desvío final PSI</th></tr><tr><td>0</td><td>0%</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td rowspan="10"></td><td rowspan="10"></td></tr><tr><td>460</td><td>25%</td><td>460,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>920</td><td>50%</td><td>920,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1380</td><td>75%</td><td>1380,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1840</td><td>100%</td><td>1840,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1380</td><td>75%</td><td>1380,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>920</td><td>50%</td><td>920,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>460</td><td>25%</td><td>460,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>0</td><td>0%</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>							Valor patrón PSI	% Equivalente rango	Instrumento inicial PSI	Desvío inicial PSI	Instrumento final PSI	Desvío final PSI	0	0%	0,00	0,00			460	25%	460,00	0,00	920	50%	920,00	0,00	1380	75%	1380,00	0,00	1840	100%	1840,00	0,00	1380	75%	1380,00	0,00	920	50%	920,00	0,00	460	25%	460,00	0,00	0	0%	0,00	0,00
Valor patrón PSI	% Equivalente rango	Instrumento inicial PSI	Desvío inicial PSI	Instrumento final PSI	Desvío final PSI																																													
0	0%	0,00	0,00																																															
460	25%	460,00	0,00																																															
920	50%	920,00	0,00																																															
1380	75%	1380,00	0,00																																															
1840	100%	1840,00	0,00																																															
1380	75%	1380,00	0,00																																															
920	50%	920,00	0,00																																															
460	25%	460,00	0,00																																															
0	0%	0,00	0,00																																															
Observaciones:		El presente instrumento se encuentra calibrado al 80% de su fondo de escala según recomendación del fabricante.																																																
CALIBRADO POR			REVISADO POR																																															
BENAVIDEZ NESTOR TECH MANTENIMIENTO OFICIAL INSTRUMENTISTA FIRMA Y ACLARACIÓN			GIMENEZ LUCIANO TECH MANTENIMIENTO OFICIAL INSTRUMENTISTA FIRMA Y ACLARACIÓN																																															
Código TEC-IFOP-003		Revisión 001		Fecha de última revisión 16/02/2023																																														