

**CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN
TCK202501008**



000	15/01/2025	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO CALIBRACIÓN	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



**MANÓMETRO
BOURDON 4"**



		CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (RESUMEN) 1		CERTIFICADO: TCK202501008			
				Fecha Insp: 15/01/2025			
				Nueva Inspe.: 15/01/2026			
DATOS GENERALES							
CLIENTE GREEN OIL SERVICES		LUGAR BASE TCK		EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANÓMETRO BOURDON 4"			
PROCEDIMIENTO Nº TCK-PGCM-001		NORMA DE APLICACIÓN ASME B40.100		CONDICIONES AMBIENTALES Temp 21,1°C / Humed 42%			
DETALLE DE PIEZAS							
ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	NºSERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE CALIBRACION /PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	Manómetro Bourdon 4"	MA550	IV-CAL 0-1500 psi -F INSP 01/25	0-1500 psi / 100 kg/cm²	Mediciones aceptables. El equipo se encuentra en óptimas condiciones para su utilización.	APTO
OPERADOR LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 15/01/2025  Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D.Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:				CONTRÓLO LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 15/01/2025  Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:			
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA							
Pag. 2 de 3							

