



CERTIFICADO MANÓMETRO

N°

002-25

Hoja 1 de 1

Revisión del reporte: 000



DATOS GENERALES

DATOS DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR

Fecha de calibración:	17/2/2025	TAG:	S/D
Fecha de vencimiento:	17/2/2026	Ubicación técnica:	S/D
Cliente:	GREEN OIL SERVICES	Fabricante:	WINTERS
N° entrada / PDS:	1785	Modelo:	S/D
Requerimiento:	CALIBRACIÓN	N° serie:	S/D
Equipo:	MANÓMETRO	Tamaño:	100 mm - ROSCA 1/2"
Procedimiento:	TECC-PPOP-001	Rango:	0 a 1500
		Unidad:	PSI

INSTRUMENTOS PATRONES UTILIZADOS

Equipos	Marca	Modelo	N° de serie	N° de certificado	TAG
Calibrador de presión	ADDITEL	686	03021T010074	56609	BM-PH-100-86

RESULTADOS OBTENIDOS

Valor patrón PSI	% Equivalente rango	Instrumento inicial PSI	Desvío inicial PSI	Instrumento final PSI	Desvío final PSI
0	0%	0,00	0,00		
300	25%	300,00	0,00		
600	50%	600,00	0,00		
900	75%	900,00	0,00		
1200	100%	1200,00	0,00		
900	75%	900,00	0,00		
600	50%	600,00	0,00		
300	25%	300,00	0,00		
0	0%	0,00	0,00		

Observaciones:

El presente instrumento se encuentra calibrado al 80% de su fondo de escala según recomendación del fabricante.

CALIBRADO POR

REVISADO POR

SUAREZ SANTIAGO
TECH MANTENIMIENTO
OFICIAL INSTRUMENTISTA
FIRMA Y ACLARACIÓN

BREVE JOAQUIN
TECH MANTENIMIENTO
OFICIAL INSTRUMENTISTA
FIRMA Y ACLARACIÓN

Código TEC-IFOP-001

Revisión 001

Fecha de última revisión 16/02/2023