



		CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN		CERTIFICADO: TCK202512007			
		(RESUMEN) 1		Fecha Insp: 09/12/2025 Nueva Inspec.: 09/12/2026			
DATOS GENERALES							
CLIENTE GREEN OIL SERVICES		LUGAR BASE TCK		EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANÓMETRO BOURDON 4"			
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCM-001		NORMA DE APLICACIÓN ASME B40.100		CONDICIONES AMBIENTALES Temp 24.6°C / Humed 31%			
DETALLE DE PIEZAS							
ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE CALIBRACION /PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	Manómetro Bourdon 4"	GOS251202	PH 141 IV-CAL 0-1400 psi -F INSP 12/25	0-100 bar / 1400 psi	Mediciones aceptables. El equipo se encuentra en óptimas condiciones para su utilización.	APTO
2	4	Manómetro Bourdon 4"	GOS251203	IV-CAL 0-1400 psi -F INSP 12/25	0-100 bar / 1400 psi	Mediciones aceptables. El equipo se encuentra en óptimas condiciones para su utilización.	APTO
3	5	Manómetro Bourdon 4"	GOS251204	IV-CAL 0-2300 psi -F INSP 12/25	0-160 bar / 2300 psi	Mediciones aceptables. El equipo se encuentra en óptimas condiciones para su utilización.	APTO
4	6	Manómetro Bourdon 4"	GOS251205	IV-CAL 0-2300 psi -F INSP 12/25	0-160 bar / 2300 psi	Mediciones aceptables. El equipo se encuentra en óptimas condiciones para su utilización.	APTO
PH 141 (BP)							
OPERADOR		CONTROL					
LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 09/12/2025		LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 09/12/2025		FIRMA / ACLARACIÓN:  Ing. M. Lozano			
Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D. Vallejos		Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D. Vallejos		FIRMA / ACLARACIÓN:  Ing. M. Lozano			
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA							
						Pag. 2 de 6	

