

CLIENTE: OAS S.R.L.
 UBICACIÓN: NEUQUEN
 REFERENCIA: CALIBRACION

CODIGO : MF-FO-01

FECHA DE CALIBRACIÓN: 14/04/2015

FECHA DE EMISIÓN: 15/04/2015

PROCEDIMIENTO: MF-PO-02

EQUIPO: TERMOMETRO

FABRICANTE: G.V.

MODELO: CIRCULAR

N° SERIE: 18002

N° TAG: TER-02-H18

TAMAÑO: 4"

RANGO: 0 A 400

UNIDAD DE MEDIDA: °C

CONEXIÓN: POSTERIOR

UBICACIÓN TÉCNICA: H18

DETERM. REQUERIDAS: CALIBRACION

RESULTADOS: EXPRESADOS EN LA SIG. TABLA.

Valor Patron	% Equiv.	Instrumento	Desvio	Instrumento	Desvio
°C	Rango	Inicial °C	Inicial °C	Final °C	Final °C
0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	3	10,0	0,0	10,0	0,0
20	5	20,0	0,0	20,0	0,0
30	8	30,0	0,0	30,0	0,0
40	10	40,0	0,0	40,0	0,0
50	13	50,0	0,0	50,0	0,0
60	15	60,0	0,0	60,0	0,0
80	20	80,0	0,0	80,0	0,0
100	25	100,0	0,0	100,0	0,0

CLIENTE:
UBICACIÓN:
REFERENCIA:OAS S.R.L.
NEUQUEN
CALIBRACION**OBSERVACIONES:**

MEIER Y FISCHER S.R.L. aplica en sus procesos los requisitos de las NORMAS IRAM 301 - ISO 17025 e ISO 9001:2000. En consecuencia, desarrolla un programa de calibración para sus referencias y patrones de medida vinculado a patrones nacionales e internacionales, garantizando calibraciones y mediciones trazables al sistema internacional de unidades (SI).

PATRÓN UTILIZADO:

EQUIPO:	HORNO CALIBRADOR EJE VERTICAL
MARCA:	PRESYS
MODELO:	T25-N
Nº DE SERIE:	092.02.13
RANGO:	0-100 °c
CERTIFICADO:	SICE Nº05-16565/13 SAC
Nº DE TAG:	EP 084


MEIER Y FISCHER S.R.L.
MIGUEL SAN MARTIN
Supervisor de Laboratorio

MEIER Y FISCHER S.R.L.

CLIENTE

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. **MEIER Y FISCHER S.R.L.** no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.