

Fecha de Calibración: 25/11/2015

Fecha de Emisión: 25/11/2015

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 77643

COMPAÑIA MSA DE ARGENTINA S.A.
Juan B. Justo 835Telefono: (0299) 443-1559
ventas.argentina@msanet.com

Cliente:	Oil Addper Services SRL	Equipo en uso:	REPARADO Y/O CALIBRADO
Instrumento:	DET,ALTPRO,SGL GAS,H2S,L10,H15,S15,T10 Grupo: 8 - (Portable Instrument)	Equipo nuevo:	NO
S/N:	10302097	Fabricante:	Mine Safety Appliances Company

Gas Patrón	Objetivo a Verificar	Incert. del Gas	Número de Lote	Mediciones			Incert. de la Medición	Rango
				1	2	3		
Acido Sulfhidrico (H2S) 40 ppm	40 ppm	5%	1679449	40	40	40	2,0817 ppm	0 - 200 ppm

Calibración: Contraste con gas patrón trazable a patrones de peso NIST**Condiciones ambientales de Calibración:** (8300) Neuquen - Neuquén

Temperatura (°C): 24°C

Presión atmosférica (hPa): 1013 hPa

Humedad (%): 29 %

Procedimientos de Calibración: De acuerdo al manual de cada equipo

(*) Las especificaciones de tolerancia de medición se encuentran informadas en el manual del equipo.

Límites en el uso: Indicados en el manual del equipoLos resultados son válidos solamente para el equipo ensayado no siendo extensivos a cualquier otro.
La trazabilidad de los detectores MSA se realiza a través del número de serie

La reproducción de este documento sólo podrá hacerse íntegramente sin ninguna alteración.

Pedro Oscar Hernandez
SERVICIO TÉCNICO
COMPAÑIA MSA DE ARGENTINA S.A.Cantidad de hojas: 1
COD : FOR-SET-03Servicio Técnico - COMPAÑIA MSA DE ARGENTINA S.A. - www.msanet.com