

Certificado de calibración: **15N1681**
Fecha de informe: 16/09/2015

Paginas: 1 de 3

Información del instrumento

Objeto: Decibelímetro

Marca: Standard

Modelo: ST-805

Nº de serie: 10102965

Nº de interno: -

Solicitante: Oil Addper Service S.R.L.

Dirección: Ministro Gonzalez 175 Neuquén Neuquén

Fecha de calibración: 16/09/2015

Condiciones ambientales:

	Inicial	Final
Temperatura:	23,0 °C	23,0 °C
Humedad:	23% Hr.	23% Hr.
Presión Atm.	761 mmHg	761 mmHg

Observaciones:

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Medidas (SI).

El usuario es responsable de la recalibración del instrumento a intervalos apropiados.


Certificado de calibración: **15N1681**
Fecha de informe: **16/09/2015**

Paginas: 3 de 3

Patrones utilizados:

Parámetro	Proveedor	Cert n°	Fecha	Valor	Incert. Típica	Unidad	Obs.
Ruidos	Cintra	00815.2 CI	23/07/2015	94,3-114,2	0,3	dB	ninguna

Está prohibida la reproducción total o parcial del presente certificado.


Ing. PABLO DOLBER
MAT. 1007957
Aprobado por: