

CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN
TCK202008-006



OBJETIVO A CALIBRAR Y/O VERIFICAR

DESCRIPCION DE EQUIPO: CALIBRE MECÁNICO
MARCA: MITUTOYO
MODELO: 530-119 / 0-300mm (0,02)
Nº DE SERIE: M5818L
IDENTIFICACION: TCK-CD-CAL-001
PROCEDIMIENTO UTILIZADO: TCK-PPCD-001



MEDICIONES

Medidas de la Barras de Calibración Patrón	25,00	50,00	75,00	100,00	125,00
Mediciones del Operador	25,00	50,00	75,00	100,02	125,02
Desviación(+o-)	-	-	-	+0,02	+0,02

Medidas de la Barras de Calibración Patrón	150,00	175,00	200,00	225,00	250,00
Mediciones del Operador	150,00	175,00	200,02	225,00	250,02
Desviación(+o-)	-	-	+0,02	-	+0,02

Los valores medidos están dentro de las tolerancias requeridas de $\pm 0,10$ mm.

RESULTADOS OBTENIDOS

Apto



No Apto



Fecha de Verificación: 15/08/2020

Fecha de Emisión: 15/08/2020

Nueva Verificación: 15/02/2021

OBSERVACIONES

Se realiza la verificación de funcionalidad y control de medidas de calibre mecánico, sin observación ni detalles relevantes.

Certificado Anterior TCK202002-001

PATRONES UTILIZADOS

Descripción	Nº SERIE	Identificación	Informe	Fecha
Juego de Barras Patrones	S/D	S/D	TCK201806-002	07/06/2018

FIRMA:

Laboratorio Calibración y Pruebas
Ing. J.Casabares

EJECUTANTE DE VERIFICACION: