

CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN
TCK202012-008



OBJETIVO A CALIBRAR Y/O VERIFICAR

DESCRIPCION DE EQUIPO: MEDIDOR DE ESPESORES
MARCA: OLYMPUS - PANAMETRICS
MODELO: MG2 - DL
N° DE SERIE: 060264807
IDENTIFICACION: TCK-UT-MED-001
PROCEDIMIENTO UTILIZADO: TCK-PPUT-001



MEDICIONES

Medidas de la Probeta Escalonada Patron	5mm	10mm	15mm	20mm	25mm
Mediciones del Operador	4,99	10,01	15,00	20,00	24,99
Desviación(+o-)	-0,01	+0,01	-	-	-0,01

Los valores medidos están dentro de las tolerancias requeridas de $\pm 0,10$ mm.

RESULTADOS OBTENIDOS

Apto
☒

No Apto
☐

Fecha de Verificación: 15/12/2020

Fecha de Emisión: 16/12/2020

Nueva Verificación: 16/06/2021

OBSERVACIONES

Se realiza la verificación de funcionalidad del medidor de espesores y de cable palpador Transducer D7906-SM with Cable LCMD-316-5L ;Control de linealidad en patron escalonado, Resultado Satisfactorio. Sin observacion ni detalles relevantes en el mismo. Certificado Anterior TCK202006-003

PATRONES UTILIZADOS

Descripción	N° SERIE	Identificación	Informe	Fecha Calibración
PATRON ESCALONADO	QSR005	TCK-UT-PAT-001	TCK201906-004	20/06/2019

FIRMA:

Laboratorio Calibración y Pruebas
Ing. J. Casabares

EJECUTANTE DE VERIFICACION: