



SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN
LABORATORIO Nº: 53

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN/MEDICIÓN Nº:
R-POC-86-02-01-04



Total Páginas: 2



Laboratorio de calibración/medición
supervisado por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial

Conda. del desierto S/N
PIN oeste - (8300) Neuquén
Tel.: (0293) 441-3865
E-mail: Servicios@lazosri.com.ar

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de calibración/medición.

Este certificado de calibración/medición documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

Objeto: MANÓMETRO ANALÓGICO
Fabricante: Nuova Fima
Modelo: NO INFORMA
Serie N°: 209415
TAG: 209415
Determinaciones requeridas: CALIBRACIÓN DE INDICACIÓN DE PRESIÓN MANOMÉTRICA
Fecha de calibración o medición: 01/07/2016

Cliente: OIL ADDPER SERVICE S.R.L.
Dirección: Conquistadores del Desierto 2450 - PIN Oeste

METODOLOGÍA EMPLEADA: El método de calibración del presente certificado corresponde al documento interno POC-02 "Calibración de Presión". El mismo se basa en el método de comparación directa con patrón de laboratorio.

PATRÓN DE PRESIÓN:

LZ-057 Fluke 750p31
Serie N°: 3066130
Certificado N°: 17275

PATRÓN PRESIÓN ATMOSFÉRICA:

LZ-070 Skywatch Explorer 4
Serie N°: 071114
Certificado N°: 2179-11-14

PATRÓN TEMPERATURA:

LZ-070 Skywatch Explorer 4
Serie N°: 071114
Certificado N°: 2178-11-14

REFERENCIA: DKD-R 6.1 "Calibration of pressure gauges"

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado