



INTI

SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN

LABORATORIO N°: 53

CERTIFICADO DE CALIBRACION/MEDICION N°:

R-POC-86-01-01-11



Total Páginas: 2



Laboratorio de calibración/medición

supervisado por el Instituto Nacional de

Tecnología Industrial

Conq. del desierto S/N

PIN oeste - (8300) Neuquén

Tel.: (0299) 441-3865

E-mail: Servicios@lazosrl.com.ar

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de calibración/medición.

Este certificado de calibración/medición documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

**Objeto:** TERMOMETRO ANALÓGICO  
**Fabricante:** CENI  
**Modelo:** NO INFORMA  
**Serie N°:** 7757  
**TAG:** TER-02-H25  
**Determinaciones requeridas:** CALIBRACIÓN DE INDICACIÓN DE T° A LAZO COMPLETO  
**Fecha de calibración o medición:** 19/08/2016

**Cliente :** OIL ADDPER SERVICE S.R.L.  
**Dirección:** Conquistadores del Desierto 2450 - PIN Oeste - Neuquén

**METODOLOGÍA EMPLEADA:** El método de calibración del presente certificado corresponde al documento interno POC-01 "Calibración de Temperatura". El mismo se basa en el método de comparación directa con patrón de laboratorio.

**MEDIO ISOTÉRMICO:**

**LZ-014** Druck DBC150  
**Serie N°:** 20685  
**Certificado N°:** CO-015-61120

**PATRÓN DE TEMPERATURA:**

**LZ-043|LZ-014** Isotech|Druck RTD|DBC150  
**Serie N°:** 33488/1|20685  
**Certificado N°:** R-POC-00-01-01-02

**TERMÓMETRO AMBIENTE:**

**LZ-070** Skywatch XPlover 4  
**Serie N°:** 071114  
**Certificado N°:** 2178-11-14

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado