



Conquistadores del Desierto S/N, MS 2b, Lote 9
Parque Industrial Oeste (8300) Neuquén
Tel./Fax: (0299) 441-3865 / Cel.: 154-518680
e-mail: servicios@lazosari.com.ar

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificado N°: NR-POC-86-07-01-18

Total Páginas: 1

Fecha cal.: 20/09/2016

Documento: POC-07-01

Revisión N°: 1

Cliente : OIL ADDPER SERVICE S.R.L.
Dirección: Av. Conquistadores del desierto 2450

INSTRUMENTO A CALIBRAR:

Instrumento:	VALVULA DE SEGURIDAD	Tamaño:	3/4" NPT X 1" NPT
Marca:	AERRE	Set:	10
Modelo:	1821X8M7FHM1310	Unidad:	kg/cm2
Serie N°	48470	Ubicación:	
TAG: GV	PSV-002-GV35	Orificio:	

METODO EMPLEADO: Calibración por comparación directa mediante patrón de laboratorio.

INSTRUMENTO PATRÓN

Instrumento:	Manómetro	Modelo:	NO INFORMA
Marca:	WIKA	Clase:	0,5
Rango:	0-20kg/cm2	Certificado:	R-POC-00-02-01-30
Serie N°	-	Ente emisor:	LAZOS SRL

CONDICIONES GENERALES

PARTES	ESTADO GENERAL DE LA VALVULA		
	Bueno	reemplazado	Reparado
Cuerpo	X		
Asiento			X
Obturador			X
Buje guía	X		
Resorte	X		

VALORES DE LA CALIBRACIÓN

DETALLE	VALOR MEDIDO	VALOR CORREGIDO
Presión de Timbre:		10
Presión de Apertura Total:		
Presión de re-cierre:		9,8
Hermeticidad:		
Precinto N°		4562417

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la previa autorización por escrito del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos. El laboratorio no se obliga a tomar a su cargo ensayos, análisis o pruebas que excedan la capacidad o posibilidad técnica de sus laboratorios. Los equipos o instrumentos entregados para su verificación, prueba o contraste deberán estar en buenas condiciones de funcionamiento. Si iniciada la prueba apareciera una falla o defecto inadvertido al recibir el aparato, se dará por terminado el trabajo. En el informe respectivo se dejará constancia del hecho y se facturará un arancel proporcional a la tarea realizada.

ESTEBAN ALVIAL
Instrumentista
LAZOS S.R.L.

Calibró

MARCELO CIFUENTES
RESP. DE TALLER
LAZOS S.R.L.

Supervisó