



Conquistadores del Desierto S7N, S7S 30, Lote 9
Parque Industrial Oeste (8300) Neuquén
Tel./Fax: (0299) 441-3865 / Cel.: 154-518680
e-mail: servicio@lazosrsl.com.ar

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificado N°: NR-POC-86-07-01-14
Total Páginas: 1
Fecha cal.: 17/06/2016
Documento: POC-07-01
Revisión N°: 2

Cliente: OIL ADDPER SERVICE S.R.L.
Dirección: Conquistadores del Desierto 2450 - PIN Oeste - Neuquén

INSTRUMENTO A CALIBRAR:

Instrumento:	VALVULA DE SEGURIDAD	Tamaño:	1" NPT X 1" NPT
Marca:	DOMA	Set:	70
Modelo:		Unidad:	kg/cm2
Serie N°		Ubicación:	
TAG:	PSV-001	Orificio:	

METODO EMPLEADO: Calibración por comparación directa mediante patrón de laboratorio.

INSTRUMENTO PATRÓN

Instrumento:	Manómetro	Rango:	0-100kg/cm2
Marca:	Weiss	Clase:	0,5
Modelo:	0-100kg/cm2	Certificado:	NR-POC-00-03-02-11
Serie N°	70504	Ente emisor:	LAZOS SRL

CONDICIONES GENERALES

PARTES	ESTADO GENERAL DE LA VALVULA		
	Buena	reemplazado	Reparado
Cuerpo			X
Asiento			X
Obturador			X
Buje guía			X
Resorte			X

VALORES DE LA CALIBRACIÓN

DETALLE	VALOR MEDIDO	VALOR CORREGIDO
Presión de Timbre:		70 kg/cm2
Presión de Apertura Total:	-	-
Presión de re-cierre:		65 kg/cm2
Hermeticidad:	perda	total
Precinto N°		4853453

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la previa autorización por escrito del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos. El laboratorio no se obliga a tomar a su cargo ensayos, análisis o pruebas que excedan la capacidad o posibilidad técnica de sus laboratorios. Los equipos o instrumentos entregados para su verificación, prueba o control deberán estar en buenas condiciones de funcionamiento. Si iniciada la prueba apareciera una falla o defecto inadvertido al recibir el aparato, se dará por terminado el trabajo. En el informe respectivo se dejará constancia del hecho y se facturará un arancel proporcional a la tarifa realizada.

ESTEBAN ALVIAL
Instrumentista
LAZOS S.R.L.

Calibró

Supervisó

MARCELO CIFUENTES
RESP. DE TALLER
LAZOS S.R.L.